



MEMORANDO SEI N° 27522015/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de novembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção aos memorandos SEI nº 27508415, 27513625, 27513991 e 27523612, seguem as análises solicitadas:

a) Memorando SAP.LCT SEI nº 27508415 - Diligência - ALTERMED (27491903) para análise:

Itens	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descriativo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
8	Normal	44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFiado, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTE DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLYBOND	Ecowin-s 18g	De acordo.	804483190 01 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 14)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as exigências do edital: 1 - Agulha em aço; 2 - Bisel trifacetado afiado; 3 - Cânula de poliuretano ou teflon, flexível. No retorno, a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27491903, onde foi possível verificar o atendimento as exigências do edital. Proposta de acordo com o edital, classificada.

10	Normal	ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APÓS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLYBOND	Ecowin-s 20g	De acordo.	804483190 01 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 14)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as exigências do edital: 1 - Agulha em aço; 2 - Bisel trifacetado afiado; 3 - Cânula de poliuretano ou teflon, flexível. No retorno, a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27491903, onde foi possível verificar o atendimento as exigências do edital. Proposta de acordo com o edital, classificada.	É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.

12	Normal	NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLYBOND	Ecowin-s 22g	De acordo	804483190 01 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 14)	Exige Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as exigências do edital: 1 - Agulha em aço; 2 - Bisel trifacetado afiado; 3 - Cânula de poliuretano ou teflon, flexível. No retorno, a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27491903, onde foi possível verificar o atendimento as exigências do edital. Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.

	DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APÓS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal									
16	Normal	44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32;	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLYBOND	Ecowin-24g	De acordo	804483190 01 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 14)	Exige Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as exigências do edital: 1 - Agulha em aço; 2 - Bisel trifacetado afiado; 3 - Cânuña de poliuretano ou teflon, flexível. No retorno, a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27491903, onde foi possível verificar o atendimento as exigências do edital. Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário apresentação

	DEVE SER AÇIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal										de amostras conforme exigência do edital.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

b) Memorando SAP.LCT SEI nº 27513625 - Propostas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
13	Exclusivo 25%	44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE	Unidade	VOLARE COMERCIO LTDA	M2LIFE	---	A proposta apresenta descrição resumida.	81911939034 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresento u (página 3-6)	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.

14	Normal	<p>FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%</p>	UNID	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LAVITA	---	<p>De acordo.</p> <p>80288090030 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.</p>	<p>Apresento u</p> <p>Exige</p> <p>O edital exige dispositivo para infusão intravenosa calibre 24 G, medida 0,7x14mm. No prospecto, há a indicação das medidas: 24G - 16mm/0,70 mm.</p> <p>Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui as medidas de 0,7x14mm.</p> <p>Para a confirmação do questionamento,</p>

								necessário o envio de documentação ao comprobatório.							
								É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.							
15	Exclusivo 25%	NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal	42818 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G NEONATAL (0,7 X 14 MM) DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G, MEDIDAS 0,7 X 14 MM, PARA USO NEONATAL, IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFILON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE	UNID	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVITA	---	De acordo.	80288090030 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresento u	Exige	O edital exige dispositivo para infusão intravenosa calibre 24 G, medida 0,7x14mm . No prospecto, há a indicação das medidas: 24G - 16mm/0,70 mm .	Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:	1 - Que o item ofertado possui as medidas de 0,7x14mm .	Para a confirmação do questionamento, é necessário o envio de documentação ao comprobatório.

	PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%								É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

c) Memorando SAP.LCT SEI nº 27513991 - Proposta Comercial - Anexos - GTMED (27513978) para análise:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descriativo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
35	Normal	46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Principal	Unidade	GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR A HOSPITALAR LTDA	GLOMED	---	De acordo.	80273459023 - Registro vigente com medida cautelar ativa: Infusor Multivias com Clamp - GLOMED - Registro: 80273459023 (Lotes a partir de 06/03/2025). Suspensão: Distribuição, Importação, Uso, Propaganda, Comercialização	Apresentou.	Exige	<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa enviasse a documentação exigida no edital, subitem 8.10.2.</p> <p>No retorno, empresa enviou o documento anexo SEI nº 27513978.</p> <p>O edital exigiu um conector luer macho universal. No prospecto há informação "conector fêmea (ABS)". Ademais, o registro da ANVISA do item ofertado possui medida cautelar ativa.</p> <p>Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui um conector lue</p>

											macho universal. 2 - A empresa deverá confirmar, de forma expressa e irrevogável, que os itens serem fornecidos para o presente certame, ser sob o Registro ANVISA nº 8027345902 com lotes se restrição para uso pela Anvisa. É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

d) Memorando SAP.LCT SEI nº 27523612 - Diligências:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospective, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
1	Normal	25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS SISTEMA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO, COM CAPACIDADE DE 100 ML, QUE GARANTA O FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS ANTIDOBRAS. COM PORTA DE ENCHIMENTO COM TAMPA E SISTEMA OCCLUSOR, DISPOSITIVO LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME, CLAMP, TAMPA. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Principal	Unidade	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SAMTRONIC	Bomba Infusam® Basal 100mL	De acordo.	10188539011 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	Exige	<p>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui dispositivo limitador de fluxo.</p> <p>No retorno a empresa informou: "(...) informo que o item ofertado possui dispositivo limitador de fluxo. No catálogo, ele está localizado no trecho identificado pela etiqueta amarela, posicionado entre o filtro duplo em linha e o conector Luer Lock. Esse segmento do tubo é calibrado para garantir a vazão de 2,0 mL/h, conforme previsto no descriptivo do edital. Caso necessário, o equipamento também conta com pinça</p>

									corta-fluxo, permitindo a interrupção da infusão".				
									Proposta de acordo com o edital, classificada.				
									É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.				
18	Normal	909436 - CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr) CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA , TAMANHO 16G-18GX20CM/7 Fr. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, GRADUADO EM CENTIMETROS. CONEXÕES LUER LOCK, REDUTOR DE SUTURA, AGULHA DE PUNCAO, DILATADOR, FIO GUIA METALICO, COM PONTA EM "J", SERINGA LUER LOCK ENTRE 03 E 10 ML . EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal	PC	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	---	De acordo	10196320068 - Registro válido até 16/12/29. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 6)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui o tamanho de 16G-18GX20CM/7 Fr. No retorno a empresa informou: "(...) referente aos lotes 18 e 19 nosso materiais atendem ao solicitado".	Proposta de acordo com o edital, classificada.	É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
19	Exclusivo 25%	909436 - CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr) CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA , TAMANHO 16G-18GX20CM/7 Fr. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, GRADUADO EM CENTIMETROS. CONEXÕES LUER LOCK, REDUTOR DE SUTURA, AGULHA DE PUNCAO, DILATADOR, FIO GUIA METALICO, COM PONTA EM "J", SERINGA LUER LOCK ENTRE 03 E 10 ML . EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%	PC	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	---	De acordo.	10196320068 - Registro válido até 16/12/29. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 6)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui o tamanho de 16G-18GX20CM/7 Fr. No retorno a empresa informou: "(...) referente aos lotes 18 e 19 nosso materiais atendem ao solicitado".	Proposta de acordo com o edital, classificada.	É necessário o envio de

								amostras, conforme exigência do edital.			
23	Exclusivo	25050 - CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONOLUMEN 4 FR KIT PARA INSERÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), MONOLUMEM, COM CALIBRE DE 4FR, COMPRIMENTO DE 60 A 75 CM, CONFECCIONADO EM SILICONE, RADIOPACO, DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO DE UM CONJUNTO INTRODUTOR COM AGULHA E CATETER PERIFÉRICO TIPO BIPARTIDO, DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO SENDO A AGULHA DO CATETER CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, FITA MÉTRICA E GARROTE PARA PUNÇÃO ESTÉRIL. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Unidade	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	--	De acordo	10196320050 - Registro válido até 26/12/26. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 10)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui o calibre de 4FR e medidas de 60 a 75cm. No retorno, a empresa informou: "(...) o nosso tem a medida de 60 cm, conforme solicitado (...)" e "estamos ofertando CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM SILICONE PICC UNI LUMEN 4FR X 60CM". Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
24	Exclusivo	25051 - CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONOLUMEN 5 FR KIT PARA INSERÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), MONOLUMEM, COM CALIBRE DE 5FR, COMPRIMENTO DE 60 A 75 CM, CONFECCIONADO EM SILICONE, RADIOPACO, DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO DE UM CONJUNTO INTRODUTOR COM AGULHA E CATETER PERIFÉRICO TIPO BIPARTIDO, DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO SENDO A AGULHA DO CATETER CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, FITA MÉTRICA E GARROTE PARA PUNÇÃO ESTÉRIL. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Unidade	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	--	De acordo	10196320050 - Registro válido até 26/12/26. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 10)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui o calibre de 5FR e medidas de 60 a 75cm. No retorno, a empresa informou: "ofertamos CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM SILICONE PICC UNI LUMEN 5FR X 60CM". Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.

27	Exclusivo 25%	44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXÕES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada até 25%	Unidade	GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GLOMED	MACROGOTAS	De acordo	80273450018 - Registro vigente, com medida cautelar ativa: Equipo Descartável - GLOMED - Registro: 80273450018 (lote 221205). Suspensão: Comercialização, Uso, Armazenamento, Distribuição, Importação	Apresentou (página 4-8)	Exige.	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui injetor lateral valvulado, que o item ofertado possui conector distal luer lock e que a empresa não irá enviar itens do lote 221205. Para confirmar os questionamentos, foi solicitado que a empresa enviasse documentação comprobatória. No retorno a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27516544. E de resposta no chat, a empresa informou: "(...) Confirmamos que para o item 27 esta sendo ofertado o produto EQUIPO MACROGOTAS LUER LOCK - COMPLETO - PLÁSTICO - COM INJETOR LATERAL, ENTRADA DE AR E FILTRO - GLOMED GL-C/L." e "Informamos que a empresa não irá enviar itens do lote 221205 para o item 27." Na documentação enviada, foi possível identificar que o item ofertado não possui injetor valvulado, conforme exigência do edital. Proposta desclassificada por não atender as exigências do edital.
28	Normal	46076 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU	Unidade	AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDIX	---	De acordo	80495510033 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 8)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui conector distal luer lock. No retorno a empresa informou: "(...) o

		QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATETER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal						<i>item possui conector luer lock".</i>
30	Exclusivo	909635 - EQUIPO PARA PRESSAO VENOSA CENTRAL EQUIPO PARA PRESSAO VENOSA CENTRAL - PONTA PERFORANTE CONTENDO PROTETOR, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL E TRANSPARENTE, TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC, COM NO MINIMO 180CM, REGULADOR DE FLUXO, 2 CLAMP CORTA FLUXO, CONECTOR 2 VIAS, 2 CONECTORES LUER SLIP UNIVERSAIS CONTENDO PROTETOR, ESCALA GRADUADA DE 0 A 40CM PARA MONITORAMENTO DA PRESSAO VENOSA CENTRAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPER GRAU-CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TROG	---	De acordo.	80305560039 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA. Apresentou (pagina 10)
31	Normal	10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO,	Unidade	AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDIX	---	De acordo.	80495519011 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA. Apresentou Exige

										orifícios e que o item ofertado possui extremidade em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra.	
										No retorno, a empresa informou: " <i>O nosso item possui 1 orifício</i> " e " <i>O item licitado atende a demanda nº 2 tambem</i> ".	
32	Exclusivo 25%	10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTINUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. UMA PONTA PERFORANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS. PROTETORES DE PONTAS SEGUROS, PADRÃO ISO, FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDADE DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Principal	Unidade	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	M2LIFE	---	De acordo.	81911939004 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui ponta perforante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou 3 (três) orifícios e que o item ofertado possui extremidade em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra.
										No retorno, a empresa informou: "(...) Segundo o fabricante, confirma que o item ofertado está em acordo com o que o Edital exige".	
										Proposta de acordo com o edital, classificada.	

		LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Reservada até 25%								É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.	
33	Normal	46094 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP DEVE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK Fêmea universais com tampas protetoras, tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 6 cm de comprimento; 2 clamps corta fluxo, um conector luer macho universal com protetor. Estéril, embalagem individual contendo os dados impressos de identificação, lote data de fabricação validade e registro no Ministério da Saúde. Cota Principal	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLYBOND	Ecocath two way	De acordo.	80448319003 - Registro vigente. Confirmado pelo portal da ANVISA.	Apresentou	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui no mínimo 6 cm de comprimento do tubo. No retorno, a empresa informou: "Sim, o tubo possui no mínimo 6cm de comprimento". Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
34	Exclusivo 25%	46094 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP DEVE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK Fêmea universais com tampas protetoras, tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 6 cm de comprimento; 2 clamps corta fluxo, um conector luer macho universal com protetor. Estéril, embalagem individual contendo os dados impressos de identificação, lote data de fabricação validade e registro no Ministério da Saúde. Cota Reservada até 25%	Unidade	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	GLOMED	---	De acordo	80273459003 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui um conector luer macho universal. No retorno, a empresa informou: "Conforme o fornecedor Glomed me comunicou que o produto atende ao descritivo". Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
36	Exclusivo 25%	46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK Fêmea universais com tampas, tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 6 cm de comprimento; 2 clamps corta fluxo, um conector luer-lock macho universal com protetor. Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e	Unidade	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TKL	---	De acordo.	80288090092 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 41-47)	Exige	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui conectores distais luer lock fêmea. No retorno a empresa informou: "(...) Sim, conforme

		FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25%							ficha técnica do item 36, o extensor possui conectores distais luer lock fêmea".	
									Proposta de acordo com o edital, classificada.	
									É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.	
37	Exclusivo	18719 - TORNEIRINHA 03 VIAS PARA INFUSÃO SOB PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI TORNEIRINHA DE TRES VIAS,QUE PERMITA A INFUSAO DE VOLUME SOB PRESSAO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI. FABRICADO EM POLIAMIDA RESISTENTE. DUAS CONEXOES LUER FEMEA E UMA CONEXAO SPIN LOCK. DEVE PERMITIR GIRAR SOBRE SEU PROPRIO EIXO,NÃO PERMITINDO ASSIM A OCORRENCA DE DOBRAS DOS CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	Peça	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TKL	---	De acordo	80288099040 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 51-54) Exige	Na analise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse a marca do item ofertado. No retorno, a empresa informou: "A marca que será entregue é a TKL, em conformidade com o catálogo e registro anvisa". Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
38	Exclusivo	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.	PC	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TKL	---	De acordo	80288099040 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 51-54) Exige	Na analise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse a marca do item ofertado. No retorno, a empresa informou: "A marca que será entregue é a TKL, em conformidade com o catálogo e registro anvisa". Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/11/2025, às 11:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27522015** e o código CRC **09D25110**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

27522015v35