



ANÁLISE SEI N° 0013807633/2022 - SES.GTO

Joinville, 04 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 345/2022

Avaliação Técnica								
Item	Descrição	FORNECEDOR	MARCA	Registro ANVISA	EMBALAGEM	ATENDIMENTO DESCRITIVO	FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA	CONCLUSÃO
209	29828-ESCOVA DE ROBINSON CONTRA ANGULO PLANA	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	PREVEN	Registro nº 80089620019 vigente, conforme consulta site ANVISA.	Não se aplica	De acordo com o edital.	Adequado	Aprovado
210	29828 - ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA PONTA DE LÁPIS	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	PREVEN	Registro nº 80089620019 vigente, conforme consulta site ANVISA.	Não se aplica	Não atende, as cerdas são muito duras.	Inadequado	Reprovado

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CHRISTINE BÖHM DA COSTA  
Gerente Técnica da Odontologia



Documento assinado eletronicamente por **Christine Bohm da Costa, Gerente Técnico(a)**, em 04/08/2022, às 15:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013807633** e o código CRC **559BED14**.





ANÁLISE SEI Nº 0013950575/2022 - SES.GTO

Joinville, 16 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 345/2022

Avaliação Técnica								
Item	Descrição	FORNECEDOR	MARCA	Registro ANVISA	EMBALAGEM	ATENDIMENTO AO DESCRITIVO	FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA	CONCLUSÃO
210	29828 - ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA PONTA DE LÁPIS	EMIGE MATERIAIS E HOSPITALARES LTDA	MICRODONT	Registro nº 10434570007 vigente, conforme consulta site ANVISA.	Não se aplica	De acordo com o edital.	Adequado	Aprovado

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Laura Gomes, Servidor(a) Público(a)**, em 16/08/2022, às 17:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013950575** e o código CRC **3711A3A5**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)