

MEMORANDO SEI Nº 31102901/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 01 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 31083744 e 31089851 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Uni d. med ida	Forneced or	Marc a	Descri tivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amo stras ?	Parecer
	36	44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	G-tech	DE ACORDO	80275310056, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 01/10/2026,	APRESENTOU	EXIGIU	Proposta de acordo com edital. Classificada.

	USO.								
37	917520 - ESPAÇADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	G-tech	DE ACORDO	80275310056, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 01/10/2026	Apresentou. Porém no prospecto contem 3 modelos não deixando claro qual será o item ofertado. 1-Espaçador para aerossol Clear; 2-Espaçador para aerossol em PVC; 2- Espaçador para aerossol em PVC Clear 2.	EXIGE	Para continuidade da análise se faz necessário que a empresa confirme qual item será ofertado. 1-Espaçador para aerossol Clear; 2-Espaçador para aerossol em PVC; 2- Espaçador para aerossol em PVC Clear 2.
40	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MEDTECH	DE ACORDO	10299940013, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 30/09/2026	Apresentou o prospecto ofertando o item com "Polietileno de baixa densidade não citando a sua rigidez;" O edital exige que seja fabricado a partir de "Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez". Porém na proposta contém documento em anexo SEI nº 31035978 página 03: onde a empresa "Hangzhou Formed Medical Devices Co., Ltd como fabricante	----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÊIS TRAQUEAIS).REGIST RO DO PRODUTO NA ANVISA.					dos Bougies Ventilados "declara para os devidos fins, que estes dispositivos são produzidos segundo as normas internacion ais de segurança, utilizando (PE) Polietileno de Alta Densidade e Baixa Rigidez."		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2026, às 09:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31102901** e o código CRC **5F7B256F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

31102901v8