



MEMORANDO SEI Nº 30652219/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 25 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 201/2026
Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30638544 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer
5	46681 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 20 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA RECIPIENTE RESISTENTE À PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO, COM TAMPA. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS DA ABNT NBR 13853-1:2020 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ SER FABRICADO COM PAPELÃO PLASTIFICADO (MATÉRIA PRIMA VIRGEM OU RECICLADO) OU PAPELÃO RÍGIDO COM SUPERFÍCIE TRATADA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, QUE SUPORTE AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE DE SAÚDE E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DESDE A COLETA ATÉ O DESTINO FINAL. CAIXA CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA	UN	INTERJET COMERCIAL LTDA	MEDIX	De acordo	Isento	Apresentou o prospecto, porém o documento não deixa claro a seguinte exigência do edital: <i>fabricado com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante...</i>	EXIGE	Análise prévia: classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: <i>"... fabricado com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante..."</i> Haverá a necessidade de apresentar as amostras. Diligência realizada: Bom dia Senhores. Obrigada pelo retorno . Estou encaminhando a ficha técnica do item. O produto possui as seguintes especificações: <i>Especificação técnica</i>

INTERNA EM PAPELÃO RÍGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELÃO ONDULADO OU RÍGIDO; SACO PLÁSTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, OU SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LÍQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA (INTERNA/SECUNDÁRIA) COM BOCAL PARA DESCARTE; ALÇAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. A CAIXA DEVERÁ COMPORTAR 20L, SER DE COR LARANJA E CONTER INFORMAÇÕES APLICADAS NA PARTE EXTERNA REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUÊS: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (QUÍMICO), CONFORME NBR 7500/2023 E SUAS ATUALIZAÇÕES. O SÍMBOLO DEVE ESTAR EXPOSTO PELO MENOS EM DUAS FACES VISÍVEIS, SENDO UMA NA POSIÇÃO FRONTAL. O TAMANHO DA IMAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DEVE OCUPAR NO MÍNIMO 1/3 DA DIMENSÃO VERTICAL ENTRE A FACE INFERIOR E O LIMITE DE ENCHIMENTO. DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, USO E FECHAMENTO; INDICATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE PREENCHIMENTO E DEMAIS FRASES DE ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIAS; NOME E MARCA DO PRODUTO; NÚMERO DO LOTE.								<i>Recipiente para descarte de perfurocortantes/químicos na cor laranja; Coletor de papelão ondulado; Sacola de revestimento de polietileno cor laranja; Fundo e Cinta interna de papel rígido (reciclado de materiais, papéis e plásticos prensados); Bandeja interna de papelão ondulado. Ainda apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 30638541.</i> Parecer: proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2026, às 09:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30652219** e o código CRC **3757636D**.