



LEGENDA	
	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (AM), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm, EM CONFORMIDADE COM NBR 12188 - ENTERRADO OU ENVELOPADO EM CONCRETO.
	TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO (VC), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm EM CONFORMIDADE COM NBR 12188 - ENTERRADO E ENVELOPADO EM CONCRETO.
	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (AM), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm, EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO (VC), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 150x150mm, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO.
	VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE ROSCÁVEL DN 22mm. CONEXÃO SOLDADA COM PONTEIRAS DE COBRE.

NOTAS:

1 - OS ITENS COMPRESSOR E BOMBA DE VÁCUO, PRESENTES NA CASA DE MÁQUINAS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTES PROJETO.

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
R00	EMIÇÃO INICIAL	23/03/23	VITOR BORBA
R01	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO	12/04/23	VITOR BORBA
R02	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO	25/04/23	VITOR BORBA

APROVAÇÕES

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CNPJ: 08.184.821/0001-37

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOUGLAS COSTA
CREA/SC 137499-0

PROPRIETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

EDIFICAÇÃO

UBSF ADHEMAR GARCIA

ENDEREÇO

RUA VICENTE ALVES PEREIRA , ADHEMAR GARCIA
JOINVILLE / SC

PROJETO

GASES MEDICINAIS

ARQUIVO

23346.GAS.PE.000.Geral.R02

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA, DETALHES E ISOMÉTRICO

ETAPA

EXECUTIVO

FOLHA

GAS 01/01

ESCALA

1:25

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br