



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017612128/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 11 de julho de 2023.

À SAPLCT

Encaminhamos os pareceres das análises técnicas das propostas já analisadas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1-Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m-Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
3	25771	AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; COM TUBO EXTENSOR. CANULA EM ACO SILICONIZADO, BISEL TIPO HUBER DE FACIL PENETRAÇÃO. TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE COM INJETOR LATERAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER-LOCK E TAMPA PROTETORA. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE REGISTRO ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	UNIDADE	J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA	Deltec/ Smiths Medical	De acordo	80228990030 Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Exige	Não apresentou	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta reprovada, não apresentou Alvará Sanitário.
4	25771	AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; COM TUBO EXTENSOR. CANULA EM ACO SILICONIZADO, BISEL TIPO HUBER DE FACIL PENETRAÇÃO. TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE COM INJETOR LATERAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER-LOCK E TAMPA PROTETORA. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE REGISTRO ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	UNIDADE	J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA	Deltec/Smiths Medical	De acordo	80228990030 Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Exige	Não apresentou	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta reprovada, não apresentou Alvará Sanitário.
16	911068	AGULHA ESPINHAL 27 G X 3 1/2"	AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 27 G X3 1/2" BISEL TRIFACETADO TIPO QUINCKE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DATA DE VALIDADE E FABRICACAO, Nº LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.	PC	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Labor Import	De acordo	Não apresentou.	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada, a empresa não apresentou o registro na Anvisa
55	911571	DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO	DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA	PC	MED3	Infusão	De acordo	81516730003- Registro vigente,	Não se aplica	Válido até 22/05/2024	AFE de correlatos ativa,	Proposta aprovada

			FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.					confirmado no portal da Anvisa		confirmado no portal da Anvisa		
83	917215	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA ICC COM AGULHA	EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACO MORTO, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA DE 2 EM 2 UNIDADES, NITIDA E PERMANENTE, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDACAO, DESLIZANTE, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	TKL	Não apresentou proposta para o item	Não apresentou.	Não se aplica	---	---	Proposta reprovada, não apresentou a proposta para o item 83
99	913584	SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA	SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA: SERINGA DESCARTAVEL DE USO EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, PARA VOLUME DE 0,5 A 03 ML. CONTENDO HEPARINA LITICA, COM TAMPA ADAPTAVEL A SERINGA PARA VEDACAO DE ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	SET NET INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	SET MEDIKAL/ Modelo: 21HP-0203000003	De acordo	10301160236 Registro vigente e referente a seringa dosadora, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	---	---	Proposta classificada
100	913584	SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA	SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA: SERINGA DESCARTAVEL DE USO EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM VOLUME DE 0,5 A 03 ML. CONTENDO HEPARINA LITICA, COM TAMPA ADAPTAVEL A SERINGA PARA VEDACAO DE ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	SET NET INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	SET MEDIKAL/ Modelo: 21HP-0203000003	De acordo	10301160236 Registro vigente e referente a seringa dosadora, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	---	---	Proposta classificada

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2023, às 10:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017612128** e o código CRC **2792F928**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017612128v4