

MEMORANDO SEI N° 0019834024/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville

Encaminhamos as informações acerca dos pareceres das amostras que já foram analisadas:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | EMPRESA | MARCA | 8.10 - Registro ANVISA | Parecer |
|------|---|--------------|--|--------|------------------------|---|
| 41 | 29975 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50 CM X 45 CM | Pacote | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA | ERIMAR | 80698130003 | Amostra aprovada conforme parecer técnico SEI nº 0019833685 |
| 42 | 29975 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50 CM X 45 CM | Pacote | INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | ERIMAR | 80698130003 | Amostra aprovada conforme parecer técnico SEI nº 0019833656 |
| 48 | 909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM | PCT | INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | ERIMAR | 80698130003 | Conforme parecer Técnico SEI nº 0019833700, as amostras diferem do descritivo, possuindo tamanho em torno de 21 cm X 25 cm. AMOSTRA |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--|--------|-------------|---|
| | | | LTDA | | | REPROVADA |
| 56 | 909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS | PCT | INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | ERIMAR | 80698130002 | Conforme parecer Técnico SEI nº , as amostras possuem tamanho de 9,5 cm X 10 cm. Na contagem das compressas, foi verificado que no pacote continha 450 unidades. AMOSTRA REPROVADA |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 18/01/2024, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0019834024** e o código CRC **81552250**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0019834024v3



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 41

DESCRIÇÃO: 29975 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50 CM X 45 CM COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) 50 CM X 45 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFECCIONADA COM NO MINIMO 28 GRAMAS, 100% ALGODAO EM TECIDO COM 4 CAMADAS, COM SISTEMA DE AMARRACOES EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, SEM FIO RADIOPACO. POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA. NAO SOLTE FIAPO. ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDO. SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota principal

FORNECEDOR: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130003

LOTE: 33311223

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: ATENDE:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Bom abraço

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 18/01/24

[Assinatura]
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 42

DESCRIÇÃO: 29975 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50 CM X 45 CM COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) 50 CM X 45 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES. CONFECCIONADA COM NO MINIMO 28 GRAMAS, 100% ALGODAO EM TECIDO COM 4 CAMADAS, COM SISTEMA DE AMARRACOES EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, SEM FIO RADIOPACO. POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA. NAO SOLTE FIAPO. ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDO. SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota principal

FORNECEDOR: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130003

LOTE: 33311223

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: 28g ok, Dimensões ok, costura ok
possui fio radiopaco.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Bom absorção.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 18/01/24

João Roberto
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 48

DESCRIÇÃO: 909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130003

LOTE: 33241222

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Por amostragem o tamanho difere do descritivo. MÉDIA TAMANHO 21cm x 25cm

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: FIO RADIOPACO íntegro, Costuras resistentes

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

pequeno problema é o tamanho que difere do descritivo

DATA: 18/01/24

João Roberto de
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 56

DESCRIÇÃO: 909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10CM X10CM 13 FIOS - CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS. ALVEJADAS E PURIFICADAS. ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. DEVEM POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR DESFIAMENTO. ALTA CAPACIDADE DE ABSORSAO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.PACOTE COM 500 UNIDADES Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130002

LOTE: 01031022

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Por amostragem identificou-se um padrão de tamanho 9,5cm x 10cm.
DENTRO do Pacote foi contabilizado 450 UN

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Realizado conferência em relação a abragos.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

Quantidade dentro do pacote difere do descritivo bem como o tamanho da gaze.

DATA: 18/09/24

[Assinatura]
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO