

MEMORANDO SEI Nº 30448203/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 06 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise de Amostras - Pregão Eletrônico nº 289/2026.**Objeto:** Aquisição de Sondas e Coletores.

Prezados,

Em atenção ao Convocação SEI nº 30191981, segue a relação de amostras recebidas e analisadas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Empresa	Parecer
20	47431	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 A 60CM	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 30448201
21	47432	SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 16 SISTEMA FECHADO 54 A 60 CM	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 30448202

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 06/08/2026, às 06:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30448203** e o código CRC **391CBBB7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.127334-2

30448203v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 289/2026

ITEM: 20

47431 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 A 60CM COMPRIMENTO DE 54 A 60 CM , CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

MARCA: MCREAT MC-07252

LOTE: 2512010

REGISTRO (ANVISA): 10289689054

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: *Após a análise e utilização de 04 unidades, o produto apresentou desempenho satisfatório, atendendo as regras técnicas*

DATA: 05/08/26

Maikon M. Schroeder
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Maikon M. Schroeder
Enfermeiro
Coren-SC 107985

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 289/2026

ITEM: 21

47432 - SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 16 SISTEMA FECHADO 54 A 60 CM COMPRIMENTO DE 54 A 60 CM , CONSTITUÍDO DE CONECTOR DUPLO, VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU OUTROS GASES QUANDO NECESSÁRIO SEM A DESCONEXÃO DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

MARCA: MCREAT MC-07253

LOTE: 2512010

REGISTRO (ANVISA): 10289689054

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Cópia a avaliação e utilização de 04 unidades, o produto apresentou desempenho satisfatório, atendendo as regras técnicas

DATA: 05/08/26

Maikon M. Schroeder
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Maikon M. Schroeder
Enfermeiro
Coren-SC 107985