



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Vimos, por meio deste, responder ao pedido de esclarecimento quanto ao Edital de Licitação do **Pregão nº 092/2017**, destinado à **Aquisição de Detergente Enzimático para atendimento de demanda da rede das unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC**.

A empresa Hominus solicitou esclarecimento referente ao item 8.13.1 do Edital, no tocante a apresentação de protocolo de pedido de renovação.

A equipe técnica respondeu, conforme MEMORANDO SEI Nº 1025220/2017 - SES.UAF.CAME, que o Edital não prevê o aceite de protocolo de pedido de renovação. Dessa forma, permanece o estabelecido no item "**8.13.1** – Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de Produção/Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL)."

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Barbara Maria Moreira, Servidor (a) Público (a)**, em 18/08/2017, às 15:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1025336** e o código CRC **1317E803**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br