

**ANÁLISE SEI N° 0019843429/2024 - SES.GTO**

Joinville, 19 de janeiro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 427/2023****ITEM 10-**

DESCRIÇÃO	918681 - CIMENTO ENDODONTICO USO ODONTOLOGICO, RADIOPACO, COMPOSTO POR LIQUIDO 10 ML E PO 12 GR. ACONDICIONADO EM FRASCO SEGURO CONSTADO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA
MARCA	Biodinâmica
REGISTRO ANVISA	10298550080 - Vigente
LOTE	Para kit pó/liquido lote 148/23 Para o pó 150/23 Para liquido 149/23
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 kits contendo 1 frasco de liquido 10ml e 1 frasco de pó 12g

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Material apresentado em embalagem tipo caixa de papel, contendo 1 frasco de pó e 1 frasco de liquido, devidamente identificado e com tampa de segurança. Embalagem apresenta QR code com direcionamento para o manual digital de instruções de uso do produto.

Adequada inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Adequada inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO

PREGÃO ELETRÔNICO: 427/2023

ITEM 11-

DESCRIÇÃO	918008 - CIMENTO HIDROXIDO DE CÁLCIO EM PASTA RADIOPACO, KITCOM 01 TUBO DE PASTA BASE COM 13GR, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORACOM 11 GR, 01 BLOCO PARA MISTURA,PARA USO EM FORRAMENTO DECAVIDADES DENTARIAS, EMBALAGEMSEGURA, CONSTADO DADOS DEFABRICACAO, LOTE VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIRDA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA
MARCA	Maquira - Hydcal
REGISTRO ANVISA	80322400125 - Vigente
LOTE	1901/23
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 kits contendo 1 bisnaga com pasta base 13g, 1 bisnaga com pasta catalizadora11g e 1 bloco de espatulação.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Material apresentado em embalagem tipo caixa de papel, contendo 1 kit com 1 bisnaga de pasta base, 1 bisnaga de pasta catalizador e 1 bloco de espátulação, devidamente identificado e com tampa de segurança. Embalagem não apresenta manual de instruções de uso ou bula do produto.

Adequada inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: As 4 amostras analisadas apresentaram as bisnagas com a pasta catalizadora contendo no seu interior uma formação enrijecida, de formato variado, palpável quando se pressiona a bisnaga, dando sinais de que o material esta fora de suas características ideais de uso, com possível perda de funcionalidade e não sendo adequada para utilização prática.

Adequada inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO

Atenciosamente;

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato
Apoio Técnico da GTO



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 19/01/2024, às 12:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019843429** e o código CRC **B2612112**.

23.0.207530-1

0019843429v9