

MEMORANDO SEI Nº 25640109/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de maio de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise de Amostras- Pregão Eletrônico 149/2025**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas nesta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Empresa	Parecer
6	910969- AGULHA BIOPSIA P/ EXAME MIELOGRAMA 15 G	HRA Indústria Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares	Conforme análise SEI nº 25640082, a amostra apresenta risco de acidente de punção por não possuir pega de proteção ajustável. A agulha é menos precisa no destacamento do mandril e no encaixe da seringa. Amostra aprovada.
7	X 4,3 A 5 CM		

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/05/2025, às 15:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25640109** e o código CRC **FBF7057C**.Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

25640109v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 149/2025

ITEM: 67

910969 - AGULHA BIOPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM DESC. AGULHA PARA MIELOGRAMA (ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA). 15G x 4,3 A 5CM DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

FORNECEDOR: HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Modelo: AMO 15G X 5

MARCA: HRA

LOTE: 241227

REGISTRO (ANVISA): 82112329028

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: SEM PROBLEMAS

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: RISCO DE ACIDENTE DE PUNÇÃO POR NÃO POSSUIR
PEÇA DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEL

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: MENOS PRÁTICA NO DESTACAMENTO DO MANDRIL E NO
ENCALHE DA SERINGA

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: RISCOS AO PACIENTE E POUCA PORTABILIDADE NO
PROCEDIMENTO

DATA: 30 / 5 / 2025

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO