

Rodrigo Costa Sumi de Moraes

De: Licitacoes <licitacoes@bayer.com>
Enviado: Ter 12/02/2019 11:39
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: Esclarecimento PE 012/2019
Modificado: Ter 12/02/2019 11:39
Anexos: Esclarecimento PE012.2019.pdf

Prezados, bom dia.

Anexo pedido de esclarecimento do PE 012/2019

Aproveitando a oportunidade, verificamos que no edital não consta no comodato a inclusão de seringas. Posteriormente será realizado um PE apenas para seringas das injetoras?

Agradecemos a atenção e permanecemos no aguardo.

Licitações

Bayer SA - Brasil

Radiologia

Rua Domingos Jorge, 1100 | prédio | 9.501 | 8º andar

Tel: +55 11 5694-4179

E-mail: vanessa.paro@bayer.com

The information contained in this e-mail is for the exclusive use of the intended recipient(s) and may be confidential, proprietary, and/or legally privileged. Inadvertent disclosure of this message does not constitute a waiver of any privilege. If you receive this message in error, please do not directly or indirectly use, print, copy, forward, or disclose any part of this message. Please also delete this e-mail and all copies and notify the sender. Thank you.



À
Prefeitura de Joinville
A/C: Comissão de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

NÚMERO DO PREGÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL: 753110

BAYER S.A., sediada na Rua Domingos Jorge, 1100, Socorro, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.459.628/0001-15, na pessoa de sua representante legal abaixo assinada, vem, respeitosamente, à presença de V.Sas., solicitar esclarecimento quanto aos termos do edital em epígrafe:

A descrição para o item 51 do Anexo I – prevê:

*“Contraste radiológico não iônico contendo de 300 à 370mg de iodo por mililitro, a base de: **IOPAMIDOL ou IOVERSOL**. Para uso em cirurgia endovascular neurológica e vascular periférica. Apresentação compatível com o volume (em ml) necessário para utilização em bombas injetoras (conforme memorial descritivo). Forma Farmacêutica: Solução injetável Via de administração: parenteral Embalagem primária: seringa ou frasco-ampola com 50ml”*

Com esta descrição o item, está direcionado a apenas dois fabricantes com a base de **IOPAMIDOL ou IOVERSOL**.

A descrição para o item 92 do Anexo I – prevê:

*“ **IOXAGLATOMEGLUMINA+IOXAGLATOSODIO-320(50ML) IOXAGLATO DE MEGLUMINA+IOXAGLATO DESODIO - 320mg/ml IODO SOLUCAO, 50ml, (tipo Hexabrix)***

Com esta descrição o item, está direcionado a apenas um produto **Hexabrix**.



Para tanto e a fim de que todos os fabricantes que possuam produtos que atendem as necessidades possam participar corretamente do certame, se faz necessário que os descritivos sejam corrigidos.

“Contraste radiológico não iônico contendo de 300 à 370mg de iodo por mililitro.. Para uso em cirurgia endovascular neurológica e vascular periférica. Apresentação compatível com o volume (em ml) necessário para utilização em bombas injetoras (conforme memorial descritivo). Forma Farmacêutica: Solução injetável Via de administração: parenteral Embalagem primária: seringa ou frasco-ampola com 50ml.”

Desta forma, a Administração propiciará que todos os produtos comercializados no país possam ser cotados no certame, por terem a devida qualidade e atenderem o descritivo (corrigido), bem como, a necessidade da Instituição.

Informamos que a Bayer fornece a apresentação:

Ultravist® em frascos de 50ml e concentração de 300mg ou 370mg de Iodo por ml. O sal que carrega o iodo é a **lopromida**, que tem característica não iônica.

Ante o exposto, solicitamos que seja o presente pedido de esclarecimento recebido para a correção deste item no edital.

Agradecemos a compreensão de V.Sa em responder o presente pedido por meio do e-mail: licitacoes@bayer.com.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Neto Paro", written over a horizontal line.

Vanessa Neto Paro

CPF: 379.552.158-00