



MEMORANDO SEI Nº 26993443/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 329/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração

Em atenção ao documento SEI nº 26987346 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
26	917576 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA PAPEL EM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, COM 100% CELULOSE VIRGEM, DE COR BRANCA, NAO RECICLADO, SEM FUROS OU PIGMENTACAO, ROLO MEDINDO MINIMO 70 CM X 50 M, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO. LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA N.F. ENTREGA.	Rolo	LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA	Líder/Líder Papel Higiénico Ltda Modelo: Branco Celulose	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

31	21512 - PAPEL TERMOSENSIVEL 210MM X 25M PARA ARCO EM C PAPEL TERMOSENSIVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO DO PAPEL 210MM (L) X 25 M, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ARCO EM C DA MARCA PHILIPS E GE.	Unidade	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MEDPEX ZEIT TRADING MODELO: MP-210HD	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou, porém não deixa claro se atende a exigência do edital: 1. Compatível com equipamento Arco em C da marca Philips e GE.	-----	Classificação condicionada a a empresa confirmar que item atende na íntegra a exigência do edital: 1. Compatível com equipamento Arco em C da marca Philips e GE.
33	910922 - PASTA CONDUTORA P/ EEG 1KG PASTA CONDUTORA EEG- PASTA CONDUTORA DE ELETROENCEFALOGRAMA DESENVOLVIDA COM MATÉRIAS PRIMAS ESPECIAIS QUE AJUDAM NA CONDUTIVIDADE DE SINAIS E IMPULSOS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO DOS ELETRODOS AO PACIENTE EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA . APRESENTAÇÃO POTE DE 1KG REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TÉCNICO RESPONSÁVEL.	Pote	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CARBOGEL	De acordo	80005910019 , registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém a ficha técnica não descreve a exigência do edital: 1. Apresentação em pote de 1 kg.	-----	Classificação condicionada a a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação em pote de 1 kg.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2025, às 10:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26993443** e o código CRC **0D5B4129**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.126469-4

26993443v9