

MEMORANDO SEI N° 0018882038/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 25 de outubro de 2023.

**À
SAP.LCT**
Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico n° 354/2023.

Objeto: Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Em atenção ao memorando SEI n° 0018567508 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Quantidade	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 - b) Prospecto/Ficha técnica/ Print de Tela para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	11 - Amostras	Parecer
13	910623 - CURATIVO TRANSPARENTE 6 X 7 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 6 X 7 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA, FLEXIVEL. UTILIZADO PARA ESTABILIZACAO DE CATETER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	PC	8.000	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	VITAL DERME/ ZHEJIANG	6 X 7	De acordo	10296900073- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Não haverá a necessidade de apresentar amostras, já utilizado e aprovado anteriormente.
14	918202 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIURETANO EM ROLO, NAO ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 CM X 10 M, ADESIVO HIPOALERGENICO, PERMITINDO TROCA GASOSA, IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA N.F DE ENTREGA.	Rolo	510	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX/ Shanghai ISO Medical Products Co Ltd	POLAR FIX	De acordo	Há a necessidade de confirmação pela empresa do número do registro na Anvisa	Não se aplica	Exige	Na proposta a empresa indicou o registro Anvisa 8003400113 para o item, porém, em consulta ao portal da Anvisa, verificamos que tal registro é referente ao curativo de espuma absorvível; em análise a documentação complementar da proposta, verificou-se que a empresa inseriu o

										registro Anvisa do produto "filme transparente em rolo", página 20 da proposta. <u>Para a continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o número do registro na Anvisa.</u>	
17	20034 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, ESTÉRIL, MEDIDAS : 6 A 10 CM X 9 A 13 CM, MACIO PRÉ RECORTADO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS, COMPOSTO POR UMA ESTRUTURA DE TRES CAMADAS, SENDO UMA CAMADA DE CONTATO NÃO ADERENTE, OUTRA CAMADA MACIA E ALTAMENTE ABSORVENTE E UMA TERCEIRA CAMADA EXTERNA DE FILME RESISTENTE A AGUA E BACTÉRIAS, PERMITE FÁCIL MANIPULAÇÃO DE MODO A ADAPTAR O CURATIVO DE FORMA JUSTA AO REDOR DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. SE NECESSÁRIO, O CURATIVO PODE SER RECORTADO PARA ADAPTAR-SE AINDA MELHOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO : Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	2.400	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX/ PHARMAPLAST SAE	POLAR FIX	De acordo	8003400113 - Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital, Classificada. Não haverá a necessidade de apresentar amostras, já utilizado e aprovado anteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/10/2023, às 16:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018882038** e o código CRC **18D42624**.