

**ANÁLISE SEI Nº 0025115113/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 09 de abril de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM 40- 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA
MARCA	Betel
REGISTRO ANVISA	81768860003
LOTE	23823
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

EDITAL EXIGE: IMPERMEÁVEL

AMOSTRA APRESENTADA É PERMEÁVEL.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 09/04/2025, às 07:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025115113** e o código CRC **D39368A2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0025115113v3