



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010465199/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 16 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Encaminhamos as informações dos pareceres das amostras já analisadas pela área técnica:

ITEM	Material/Serviço	EMPRESA	MARCA	8.9.1- REGISTRO ANVISA	ANÁLISE
33	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	ERIMAX	80698130003	CONFORME PARECER 0010459066, NA ANÁLISE DAS AMOSTRAS, VERIFICOU-SE QUE ESTAS TINHAM INFERIORES DAS EXIGIDAS NO EDITAL. EXIGE- SE COMPRESSAS COM MEDIDAS DE 25 CM X 23 CM E VERIFICOU-SE AMOSTRAS COM MEDIDAS DE 25 CM X 22 CM/ 24 CM X 22 CM/ 26 CM X 22 CM/ 24 CM X 22 CM/ 25 CM X 22 CM/ 25 CM X 22 CM/ 25 CM X 22,5 CM. REPROVADO
36	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES .	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO	AMERICAN MEDICAL	81481900001	APROVADO CONFORME PARECER 0010460302
39	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	CIEX	10332829010	APROVADO CONFORME PARECER 0010449849
41	917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E	CIEX	10332829016	APROVADO CONFORME PARECER 0010449876

		COMERCIO DE PRODUTOS			
42	917016 - FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M.	CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	CIEX	10332829016	APROVADO CONFORME PARECER 0010449876

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 16/09/2021, às 10:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010465199** e o código CRC **BA638E66**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010465199v6



ANÁLISE SEI Nº 0010459066/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 15 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 33- COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23

DESCRIÇÃO	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25X23 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
FORNECEDOR	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
MARCA	ERIMAX
REGISTRO ANVISA	80698130003
LOTE	40821
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 PACOTE COM 50 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Exige-se compressas com as medidas de 25 cm X 23 cm e na análise das amostras verificamos medidas divergentes- 25 cm X **22 cm/ 24 cm X 22 cm/ 26 cm X 22 cm/ 24 cm x 22 cm/ 25 cm x 22 cm/ 25 cm x 22 cm/ 25 cm x 22,5 cm.**

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não houve utilização prática devido o produto não atender as medidas mínimas exigidas no edital.

() Adequada () inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO devido as amostras apresentarem medidas inferiores do exigido no edital.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 15/09/2021, às 16:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010459066** e o código CRC **1BF72054**.



ANÁLISE SEI Nº 0010460302/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 15 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **164/2021**

ITEM 36- COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM

DESCRIÇÃO	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS,ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO.EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.
FORNECEDOR	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO
MARCA	HERIKA/ AMERICAN MEDICAL
REGISTRO ANVISA	81481900001
LOTE	042-1
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 15/09/2021, às 17:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010460302** e o código CRC **9DCBB6F2**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 39- ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA

DESCRIÇÃO: 916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI

MARCA: CIEX

LOTE: ESO63/21-EC

REGISTRO (ANVISA): 10332829010

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 ROLO

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

14/09/21

Regina M. de Souza
Enfermeira
14/09/21

DATA: ___/___/___

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 41- FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M

DESCRIÇÃO: 917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXIVEL, NAO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGENICO, BOA ADERENCIA, PARA FIXACAO DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCA, PROTEGIDO POR UMA CAMADA DE PAPEL NAO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEAVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERACAO, BOBINA EM PLASTICO RIGIDO, EMBALAGEM UNITARIA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI

MARCA: CIEX

LOTE: FP340/21-GC

REGISTRO (ANVISA): 10332829016

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 ROLO

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 14/09/21

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Regina M. de Souza
Enfermeira
COREMS/RS

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM: 42- FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M

DESCRIÇÃO: 917016 - FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M FITA ADESIVA FLEXIVEL, NAO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGENICO, BOA ADERENCIA, PARA FIXACAO DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCA, PROTEGIDO POR UMA CAMADA DE PAPEL NAO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEAVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERACAO, BOBINA EM PLASTICO RIGIDO, EMBALAGEM UNITARIA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESMES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI

MARCA: CIEX

LOTE: FP362/21-HC

REGISTRO (ANVISA): 10332829016

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 ROLO

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 14/09/21

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Regina M. de Souza
Enfermeira
COREMS/RS