

**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2025****PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL Nº 90409/2025**

Objeto: Aquisição de Materiais de Hemodinâmica para atender a demanda do Hospital Municipal São José

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 18 de setembro de 2025 às 09h12min (documento SEI nº 26851084)

1º Questionamento: "Após análise técnica do edital publicado pelo Hospital Municipal São José de Joinville, identificamos que alguns itens apresentam descritivos que se aproximam das especificações dos produtos que representamos, embora não sejam idênticos em sua totalidade. Diante disso, gostaríamos de solicitar esclarecimentos quanto à possibilidade de participação com os seguintes produtos: Item 07 – Cateter de Balão para Dilatação PTA Possuímos o modelo STERLING MR, amplamente utilizado em procedimentos de carótida. Trata-se de um cateter de balão semicomplacente, com perfil ultrabaixo, compatível com fio-guia de 0,014" e 0,018", com revestimento hidrofílico/hidrofóbico e marcações radiopacas. É indicado para angioplastia transluminal percutânea em diversas artérias periféricas, incluindo carótida. → Gostaríamos de confirmar se este modelo pode ser considerado compatível com o item solicitado. Item 08 – Sistema de Proteção Embólica Disponibilizamos o Filtro EZ, sistema de filtragem temporário com fio guia de 0,014", indicado para contenção e remoção de material embólico em procedimentos de angioplastia e colocação de stents em artérias carótidas, coronárias e periféricas. → Solicitamos confirmação quanto à aceitação deste sistema como alternativa ao especificado. Item 10 – Partículas para Embolização Oferecemos o Contour, partículas de polivinil álcool de formato irregular, fornecidas em frascos de 1cc, indicadas para embolização de tumores hipervasculares e AVMs periféricas. → Há possibilidade de aceitação deste produto como equivalente técnico? Itens 20 e 21 – Fios Guia Temos o modelo STARTER, fio guia standard de aço inox com cobertura de PTFE, disponível em 0.035", com 150 ou 260cm, pontas reta e J. → Podemos confirmar se este modelo atende aos requisitos dos itens mencionados?"

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Suprimentos da Área de Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 26851819/2025 - HMSJ.SUP.OPME:

Cumprimentando-os cordialmente, em atendimento ao Memorando SEI nº (/)/2025 - SAP.LCT, informamos que os descritivos dos itens mencionados foram elaborados de forma abrangente, para viabilizar ampla concorrência no processo licitatório.

Esclarecemos que, inicialmente, não são realizadas análises preliminares dos produtos ofertados; sendo imprescindível que todos os itens propostos atendam integralmente ao descritivo especificado no edital.

Ressaltamos ainda que, mesmo que a proposta venha a ser aprovada, será obrigatória a apresentação de amostras pelos fornecedores, a fim de verificar o efetivo cumprimento do descritivo estabelecido.

Atenciosamente,

Luciana Klitzke

Pregoeira - Portaria nº 235/2025 - SEI Nº 25687580



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 22/09/2025, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26882444** e o código CRC **5D82C0AC**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.179791-9

26882444v2