

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 354/2023.

Objeto: Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019543159), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	§.10 - Registro ANVISA	§.10 - b) Prospecto/Ficha técnica/ Print de Tela para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	11 - Amostras	Parecer
6	24864 - BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M BANDAGEM INELÁSTICA, DE ALGODÃO/ TECIDO, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO A 10 % E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, TAMANHO MÍNIMO 10,16 CM X 9,14 M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	Unid	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Casex	UH1029	De acordo	10222320006- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	O edital não exige, mas a empresa apresentou (pág. 3).	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
18	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODO, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	CASEX	HP1010A	Apresentou descrição parcial	10222320028- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	O edital não exige, mas a empresa apresentou (pág. 2).	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 15/12/2023, às 11:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019543319** e o código CRC **A6168811**.