

MEMORANDO SEI Nº 25391414/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de maio de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 128/2025.**Objeto:** Aquisição de Caixas Térmicas, Termômetros, Gelo Reutilizável e Termo-Higrômetros para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal São José.

Em atenção aos documentos SEI nº 25382600, 25383097, 25390816 e 25388225 seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado INMETRO	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Parecer
3	25661 - CAIXA TÉRMICA 24 A 26 LITROS POSSUIR EFICIÊNCIA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA; REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E LAVÁVEL; TAMPA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO TOTAL QUE IMPEÇA A ABERTURA ACIDENTAL; POSSUIR ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL; FORMATO RETANGULAR; CAPACIDADE: 24 A 26 LITROS.	Unidade	57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE	MOR	MOR	Apresentou descrição resumida do item.	Item não certificado pelo Inmetro- Isento	Ficha técnica descreve "tampa soprada e com isolamento em isopor"; edital exige "isolamento em poliuretano inclusive na tampa". Ficha técnica ão deixa claro a exigência do edital "tampa com sistema de travamento total que impeça a abertura accidental".	Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1 - Isolamento em poliuretano inclusive na tampa. 2 - Tampa com sistema de travamento total que impeça a abertura accidental.
6	25664 - TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO/MÍNIMO PARA CAIXA TÉRMICA TERMÔMETROS DE MÁXIMA E MÍNIMA, PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA INTERNA EM CAIXAS DE VACINAS E TEMPERATURA EXTERNA, A PROVA D'ÁGUA, LEITURA EM ° C, CABO COM SENSOR COM COMPRIMENTO DE 50 A 100 CM, FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA INTERNA DA CAIXA (SONDA): - 20° C + 40 °C, FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA MÍNIMA (AMBIENTE): + 5° C +50 ° C. RESOLUÇÃO 0,1° C. ALIMENTAÇÃO PILHA DE 1,5 VOLTS.	Unidade	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	FORMIS	FOR-200	Apresentou descrição resumida do item.	Apresentou declaração de isenção.	Apresentou. Prospecto descreve "cabo do sensor de 3 metros de comprimento"; edital exige "cabo com sensor com comprimento de 50 a 100 cm".	Na análise preliminar foi solicitado: [...] Acerca do comprimento do cabo, reiteramos a necessidade da empresa manifestar-se acerca do questionamento: 1- Qual o comprimento do cabo do termômetro ofertado?

									Caso a empresa não apresente manifestação clara de que o item atende a exigência, a proposta será desclassificada. Após nova diligência, a empresa informou no chat que: <i>"Informamos que o cabo possui comprimento padrão de 3,00 metros, sendo este superior. No entanto, caso haja necessidade, podemos fornecê-lo com o comprimento solicitado"</i>. Diante da confirmação da empresa de que o item será entregue conforme exigido em edital, a proposta está classificada.
9	911847 - TERMOHIGROMETRO DIGITAL INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR. CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: COM DOIS MOSTRADORES DE CRISTAL LÍQUIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE DE MANEIRA SIMULTANEA; COM MEMORIA DE MAXIMO E MINIMO, TANTO PARA TEMPERATURA COMO PARA UMIDADE; ESCALA DE TEMPERATURA MINIMA -10 A + 50 °C; RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1° C; ESCALA DE UMIDADE MINIMA 20 A + 95%; RESOLUÇÃO DE UMIDADE 1 %; BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: PILHAS (INCLUSAS NO FORNECIMENTO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	PC	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Unity	THU200	Apresentou descrição resumida do item.	Apresentou declaração de isenção.	Prospecto não deixa claro a exigência do edital "com dois mostradores de cristal líquido, permitindo a visualização da temperatura e umidade de maneira simultânea"	Na análise preliminar foi solicitado: [...] Assim, reiteramos a necessidade da empresa manifestar-se acerca do questionamento: - Que a empresa confirme que item atende a exigência do edital: com dois mostradores de cristal líquido, permitindo a visualização da temperatura e umidade de maneira simultânea. Caso a empresa não apresente manifestação clara de que o item atende a exigência, a proposta será desclassificada. Após nova diligência realizada a empresa se manifestou "Boa noite - tivemos problemas com a conexão - Respondendo a questão ; SIM , no catálogo enviado, está bem claro, inclusive na foto, os dois mostradores no Display, Aliás, são 3 mostradores , temperatura interna, externa e umidade interna , além de relógio

								caso mais dúvidas, veja o manual : https://unityinstrumentos.com.br/wp-content/uploads/2020/01/manual_THU200_site-Unity.pdf. Diante da confirmação da empresa de que o item será entregue conforme exigido em edital, a proposta está classificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Quantidade	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	9.6 - Atestado de Capacidade Técnica	Parecer
2	25660 - CAIXA TÉRMICA 12 A 15 LITROS	Unidade	20	SEVEN A REPRESENTACOE S LTDA	MOR	12 L	Apresentou, SEI nº 25325267, <u>páginas 34, 35</u>	Documentação técnica aprovada

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 12/05/2025, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25391414** e o código CRC **144B527D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br