

MEMORANDO SEI Nº 30651849/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 25 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30639470 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer	
20	917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.	UNID	RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	EMGESA 900162026	Curativo Carvão Ativado com Prata Acticare Ag VITA MEDICAL (10,5x10,5cm)	EMGESA 900162026	Apresentou especificações complementares e divergentes ao descritivo exigido no edital: 10,5 x 10,5 cm e não descreve "composto por espuma de poliuretano" e descreve "o produto sera entregue igual ao da proposta acima sob pena de cancelamento"	80691910035, registro ativo para Curativo de Carvão ativado com prata - ACTICARE AG Vota Medical, confirmado no Portal ANVISA em 25/08/2026.	Apresentou, porém no prospecto está descrito "Estão disponíveis os seguintes modelos: AC5051: 7,5cm X 7,5cm - AC5052: 10,5cm X 10,5cm - AC5053 10cm X 20cm", sendo que nenhum modelo atende ao tamanho mínimo exigido no edital " 15 x 15 cm ".	EXIGE	No sistema comprasnet a empresa indicou a marca "EMGESA 900162026". Na proposta atualizada a empresa indica a marca "Vita Medical". Na proposta, a empresa indicou curativo com medidas 10,5 x 10,5 cm, inferiores ao exigido no edital. Também não descreve "composto por espuma de poliuretano". No prospecto está descrito "Estão disponíveis os seguintes modelos: AC5051: 7,5cm X 7,5cm - AC5052: 10,5cm X 10,5cm - AC5053 10cm X 20cm", sendo que nenhum modelo atende ao tamanho mínimo exigido no edital "15 x 15 cm". Na proposta, a empresa indicou ainda que "o produto sera entregue igual ao da proposta acima sob pena de cancelamento". Parecer: Proposta

										reprovada por ofertar produto com que não atende as medidas mínimas exigidas.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 26/08/2026, às 09:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30651849** e o código CRC **FBE02A91**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

30651849v11