



MEMORANDO SEI Nº 27059621/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 07 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 27036242, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amstras	Parecer
18	Normal	910799 - AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1") AGULHA EXCLUSIVA PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS COM	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SR	---	De acordo.	80026180031 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado é exclusivo para aspiração de medicamentos, que o item ofertado possui bisel simples e que o item ofertado possui ponta romba.

		BISEL SIMPLES COM AFIAÇÃO O ADEQUA DA PARA A PERFUR AÇÃO DE FRASCO S- AMPOLA ,PONTA ROMBA, CÂNULA SILICONI ZADA, CANHAO DE COR VERMEL HA. AGULHA DESCAR TÁVEL ESTÉRIL EMBALA DA UNITARI AMENTE . TAMANH O 18 G. Cota Principal									No retorno a empresa enviou o documento anexo SEI nº 27039195. Proposta de acordo com o edital, classificada.
19	Exclusivo 25%	910799 - AGULHA P/ ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1") AGULHA EXCLUSIVA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BISEL SIMPLES	PC	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	SR	---	De acordo.	80026180031 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado é exclusivo para aspiração de medicamentos, que o item ofertado possui bisel simples e que o item ofertado possui ponta romba. No retorno a empresa enviou o

		COM AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE FRASCOS- AMPOLA ,PONTA ROMBA, CÂNULA SILICONIZADA, CANHAO DE COR VERMELHA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE . TAMANH O 18 G. Cota Reservada até 25%									documento anexo SEI nº 27039214. Proposta de acordo com o edital, classificada.
31	Exclusivo	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA	PC	AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVITA	ADA02	De acordo	80288090076 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui uma ponta luer lock. No retorno a empresa informou: "Boa tarde, reenviamos a ficha técnica com o modelo ofertado destacado para melhor visualização, a

		TRIFACE TADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALA GEM UNITARI A ESTERIL CONTEN DO Nº LOTE, DATA DE VALIDA DE E FABRICA ÇÃO, RESPON SAVEL TECNICO E REGISTR O NA ANVISA.									<i>ponta dupla é o ADA 01 e ofertamos o ADA 02, com conector universal conforme imagem. Ficamos à disposição, grata." E enviou o documento SEI nº 27014365.</i> Proposta de acordo com o edital, classificada.
46	Exclusivo	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARB	PC	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SR	---	De acordo	80026180048 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	---	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado apresenta agulha 8x30mm. No retorno a empresa informou: "Boa tarde, o produto ofertado é com agulha 8x30mm conforme edital". Proposta de acordo com o edital, classificada.

AS, SEM
ESPACO
MORTO,
SILICONI
ZADA,
GRADUA
CAO
EXATA
DE 2 EM
2
UNIDAD
ES,
NITIDA E
PERMAN
ENTE,
EMBOLO
DE
CORTE
RETO
COM
BORRAC
HA DE
AJUSTE
E
VEDACA
O,
DESLIZA
NTE,
CORPO
TRANSL
UCIDO,
ESTERIL,
CONTEN
DO
DADOS
DE
IDENTIFI
CACAO,
PROCED
ENCIA,
FABRICA
CAO,
LOTE,
VALIDA
DE,
ISENCAO
/REGIST
RO NO
M.S./AN
VISA.
VALIDA
DE
MINIMA
20
MESES
APOS
EMISSA
O DA NF

		DE ENTREG A. EMBALA GEM SEGURA PARA ARMAZE NAMENT O. Cota Reservada até 25%								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 07/10/2025, às 07:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27059621** e o código CRC **1A3E31B1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

27059621v6