



## MEMORANDO SEI Nº 30164015/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 13 de julho de 2026.

À  
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 289/2026.

Objeto: Aquisição de Sondas e Coletores.

Em atenção aos Memorandos SEI nº 30150288 e 30159127, seguem as análises técnicas solicitadas:

| Item | Material/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. medida | Fornecedor                                  | Marc. Registrada | Modelo /Versão | Descrição de acordo com o edital? | 8.10.1 - Registro ANVISA                                                                                                                                                                                           | 8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela) | 11 - Amostragem | Parecer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51   | 909710 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA TIPO FOLEY Nº 16, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | PC           | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ADV ANTI VE      | -              | De acordo                         | 10296900144- Registro vigente com medida cautelar ativa com a determinação de suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57510312 H57510314 H57510316 H57510318 H57510320 H57510322. | Apresentou                                                        | -               | Em consulta ao portal da Anvisa, constatou-se que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar ativa para suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57510312 H57510314 H57510316 H57510318 H57510320 H57510322. Aprovação condicionada a empresa declarar que não serão entregues produtos de nenhum dos lotes suspensos ou outros que venham a ser sancionados pela autoridade sanitária. |
| 52   | 909711 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PC           | STARMED                                     | ADV ANTI         | -              | De acordo                         | 10296900144-                                                                                                                                                                                                       | Apresentou                                                        | -               | Em consulta ao portal da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                |             |   |           |                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|-------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TIPO FOLEY Nº 18, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.                                              |    | ARTIGO S MEDICO S E HOSPITA LARES LTDA         | VE          |   |           | Registro vigente com medida cautelar ativa com a determinação de suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.              |              | Anvisa, constatou-se que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar ativa para suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. Aprovação condicionada a empresa declarar que não serão entregues produtos de nenhum dos lotes suspensos ou outros que venham a ser sancionados pela autoridade sanitária.                          |
| 53 | 909712 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA TIPO FOLEY Nº 20, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | PC | STARMED ARTIGO S MEDICO S E HOSPITA LARES LTDA | ADV ANTI VE | - | De acordo | 10296900144- Registro vigente com medida cautelar ativa com a determinação de suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. | Apresentou - | Em consulta ao portal da Anvisa, constatou-se que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar ativa para suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. Aprovação condicionada a empresa declarar que não serão entregues produtos de nenhum dos lotes suspensos ou outros que venham a ser sancionados pela autoridade sanitária. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                 |             |   |           |                                                                                                                                                                                                                    |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 909713 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA TIPO FOLEY Nº 22, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | PC | STARME D ARTIGO S MEDICO S E HOSPITA LARES LTDA | ADV ANTI VE | - | De acordo | 10296900144- Registro vigente com medida cautelar ativa com a determinação de suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57510312 H57510314 H57510316 H57510318 H57510320 H57510322. | Apresentou | - | Em consulta ao portal da Anvisa, constatou-se que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar ativa para suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57510312 H57510314 H57510316 H57510318 H57510320 H57510322. Aprovação condicionada a empresa declarar que não serão entregues produtos de nenhum dos lotes suspensos ou outros que venham a ser sancionados pela autoridade sanitária. |
| 55 | 909714 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA TIPO FOLEY Nº 24, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.                  | PC | STARME D ARTIGO S MEDICO S E HOSPITA LARES LTDA | ADV ANTI VE | - | De acordo | 10296900144- Registro vigente com medida cautelar ativa com a determinação de suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57510312 H57510314 H57510316 H57510318 H57510320 H57510322. | Apresentou | - | Em consulta ao portal da Anvisa, constatou-se que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar ativa para suspensão de uso e distribuição dos lotes H57510306 H57510308 H57510310 H57510312 H57510314 H57510316 H57510318 H57510320 H57510322. Aprovação condicionada a empresa declarar que não serão entregues produtos de nenhum dos lotes suspensos ou outros que venham a ser sancionados                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                     |        |   |           |                                                                |            |   | pela autoridade sanitária.                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|---|------------------------------------------------|
| 56 | 917540 - SONDA TIPO FOLEY Nº 10 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | PC | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA | MEDI X | - | De acordo | 80495510 041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | - | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 57 | 917541 - SONDA TIPO FOLEY Nº 12 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | PC | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA | MEDI X | - | De acordo | 80495510 041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | - | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 58 | 917542 - SONDA TIPO FOLEY Nº 14 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                   | PC | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA | MEDI X | - | De acordo | 80495510 041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | - | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                     |        |   |           |                                                               |            |   |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|---|------------------------------------------------|
|    | INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                     |        |   |           |                                                               |            |   |                                                |
| 59 | 917560 - SONDA TIPO FOLEY Nº 16 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | PC | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA | MEDI X | - | De acordo | 80495510041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | - | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 60 | 917563 - SONDA TIPO FOLEY Nº 18 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | PC | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA | MEDI X | - | De acordo | 80495510041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | - | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 61 | 917564 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 20 (2 VIAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PC | SOMA/SC                             | MEDI X | - | De acordo | 80495510041-                                                  | Apresentou | - | Proposta de acordo com o                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                       |        |   |           |                                                                |              |                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|--------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
|        | COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.                                          |    | PRODUT OS HOSPITA LARES LTDA          |        |   |           | Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa               |              | edital, Classificada.                          |
| 6<br>2 | 917566 - SONDA TIPO FOLEY Nº 22 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. | PC | SOMA/S C PRODUT OS HOSPITA LARES LTDA | MEDI X | - | De acordo | 80495510 041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou - | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |
| 6<br>3 | 18870 - SONDA TIPO FOLEY Nº 24 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMAÇÕES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS                                                                                                                                                                           | PC | SOMA/S C PRODUT OS HOSPITA LARES LTDA | MEDI X | - | De acordo | 80495510 041- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou - | Proposta de acordo com o edital, Classificada. |

|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DE IDENTIFICAÇÃO,<br>PROCEDENCIA, TIPO E<br>DATA DE ESTERILIZAÇÃO,<br>VALIDADE, LOTE,<br>ISENÇÃO/REGISTRO NO<br>M.S./ANVISA. VALIDADE<br>MÍNIMA DE 20 MESES APOS<br>EMISSAO DA NF DE<br>ENTREGA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 13/07/2026, às 13:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30164015** e o código CRC **A73677AE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

26.0.127334-2

30164015v4