



OFÍCIO SEI Nº 30329805/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 27 de julho de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Memorando SEI Nº 30268061/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das propostas apresentadas pelas empresas abaixo:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Proponente	Marca	Análise Técnica
1	48075 - Afastador Cirúrgico Modular Tipo Thompson Sistema de afastamento estática para cirurgias abdominais, pélvicas, urológicas, vasculares e ginecológicas. Estrutura confeccionada em aço inoxidável cirúrgico de alta resistência, autoclavável (vapor saturado). Sistema de fixação universal adaptável a qualquer mesa cirúrgica padrão através de trilhos laterais, com travas de segurança de acionamento rápido. Sistema de presilhas/braçadeiras articuladas com fixação de pás/lâminas, possibilitando ampla variação de ângulos e posições, garantindo estabilidade e campo operatório adequado sem necessidade de assistência manual contínua. Conjunto de pás/laminas intercambiáveis, de diferentes formatos e dimensões (planas, curvas, fenestradas, sólidas), adequadas a múltiplas abordagens em cirurgias abdominais abertas, inclusive grandes incisões medianas e subcostais. Presilhas com ajuste fino de tensão e travamento seguro, evitando deslizamento durante o procedimento. Design que permita visibilidade ampla e mínimo trauma tecidual. O sistema deve suportar tração constante sem sofrer deflexão ou folga nas articulações durante procedimentos de longa duração. Componentes do sistema: barra principal e suporte de mesa, braçadeiras de fixação, conjunto variado de pás (mínimo de 10 unidades de diferentes dimensões e formatos) e estojo metálico para organização e esterilização.	Kit	Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos Ltda	Fato Instrumentos	Análise técnica • Aplicação e Indicação - Cirurgias abdominais, pélvicas, urológicas, vasculares e ginecológicas: De acordo, conforme página 6 do Anexo SEI n. 30267850; • Material e Esterilização - Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico de alta resistência, autoclavável (compatível com vapor saturado): De acordo, conforme página 6 e 7 do Anexo SEI n. 30267850; • Sistema de Fixação e Ajuste - Fixação universal adaptável a qualquer mesa cirúrgica padrão através de trilhos laterais: De acordo, conforme página 6 e 7 do Anexo SEI n. 30267850; • Travas de segurança de acionamento rápido e presilhas com ajuste fino de tensão e travamento seguro (evitando deslizamentos): De acordo, conforme página 6 e 7 do Anexo SEI n. 30267850; • Sistema de presilhas/braçadeiras articuladas para fixação de pás/lâminas, permitindo ampla variação de ângulos e posições: De acordo, conforme página 6 e 7 do Anexo SEI n. 30267850; • Desempenho e Funcionalidade - Garante campo operatório adequado sem necessidade de assistência manual contínua: De acordo, conforme página 6 do Anexo SEI n. 30267850; • Resistência - Suporta tração constante sem sofrer deflexão ou folga nas articulações durante procedimentos de longa duração: De acordo, conforme página 6 do Anexo SEI n. 30267850; • Ergonomia - Design projetado para proporcionar visibilidade ampla e mínimo trauma tecidual: De acordo, conforme página 6 e 7 do Anexo SEI n. 30267850; • Componentes Exigidos: ◦ Barra Principal e Suporte de Mesa: 1 conjunto: De acordo, conforme página 7 e 8 do Anexo SEI n. 30267850;

					◦ Braçadeiras de Fixação: De acordo, conforme página 8 do Anexo SEI n. 30267850; ◦ Conjunto de Pás/Lâminas Intercambiáveis sendo o mínimo de 10 unidades de diferentes dimensões e formatos: <u>Diligenciar - Questionamos sobre a quantidade de 10 unidades de diferentes dimensões no conjunto de pás e lâminas, bem como os seus formatos (plana, curva, fenestrada e sólida), visto que nos documentos apresentados não encontra-se comprovação.</u> ◦ Estojo Metálico: De acordo, conforme página 8 do Anexo SEI n. 30267850; • ANVISA: De acordo - A empresa informou o código de registro nº 81670920008, que pode ser consultado pelo Portal da ANVISA, e encontra-se vigente.
2	46007 - Retrator cerebral 1 unidade: apoiador de mão articulado com 254mm; 2 unidades: de braços primários de fixação na mesa com 152mm; 4 unidades: braços secundários de fixação com 304mm; 1 unidade: bandeja p/ col. de cotonóide; 6 unidades: braços longos para fixação das espátulas cerebrais com 241mm; 1 unidade: caixa para armazenamento do afastador; 1 unidade: retrator secundário flutuante 305mm; 1 unidade: espátula maleável 1.6mm x 19mm; 1 unidade: espátula maleável 2mm x 10mm; 1 unidade: espátula maleável 3mm x 13mm; 1 unidade: espátula maleável 4mm x 16mm; 1 unidade: espátula maleável 6mm x 19mm; todas as lâminas com comprimento mínimo de 229mm. todos os itens devem ser compatíveis com esterilização a vapor saturado 134°.	Conjunto	Molvimed Comércio, Importação e Exportação de Instrumentos e Produtos Cirúrgicos	BSZ Cirúrgica	Análise Técnica • ANVISA: De acordo - A empresa informou o código de registro nº 81179740014, que pode ser consultado pelo Portal da ANVISA, e encontra-se vigente. Durante a análise técnica da proposta e do catálogo apresentados por esta empresa, verificou-se que a descrição fornecida nas páginas 103 e 104 do Anexo SEI n. 30267867, reproduz ipsis litteris o texto constante no descritivo fixado em Edital, sem, contudo, demonstrar formalmente a correspondência técnica com o produto fabricado/ofertado. Destaca-se que a simples transcrição do texto do edital em documento comercial/propaganda não constitui meio hábil de prova quanto ao atendimento integral dos requisitos de desempenho, composição e especificações exigidas. Dessa forma, solicitamos que seja apresentado por meio de diligência, documentos técnicos do produto ofertado, como manuais, folders, prospectos e imagens que possam comprovar todas as características do produto, principalmente as medidas exigidas, de todos os itens que compõem o conjunto. Ressalta-se que os documentos apresentados devem comprovar, de forma cabal e objetiva, o atendimento a todos os requisitos e parâmetros técnicos exigidos no edital, sob pena de desclassificação do item ofertado por ausência de comprovação de requisitos técnicos mínimos.
3	46008 - Suporte de crânio 1 arco mesa sentado para encaixe na mesa cirúrgica; 1 suporte parte deitado para encaixe na mesa cirúrgica; 2 presilhas de mesa; 1 extensor com rotação 360 graus; 1 apoio meia lua infantil/adulto com ventosas em silicone; 1 apoio ferradura; 1 coroa para fixação; 3 pinos com rotação 360 graus; 6 pinos adulto; 3 pinos infantil; 2 apoios para cabeça em gel.	Kit	Molvimed Comércio, Importação e Exportação de Instrumentos e Produtos Cirúrgicos	BSZ Cirúrgica	Análise Técnica • ANVISA: De acordo - A empresa informou o código de registro nº 81179749003, que pode ser consultado pelo Portal da ANVISA, e encontra-se vigente. Durante a análise técnica da proposta e do catálogo apresentados por esta empresa, verificou-se que a descrição fornecida nas páginas 105 e 106 do Anexo SEI n. 30267867, reproduz ipsis litteris o texto constante no descritivo fixado em Edital, sem, contudo, demonstrar formalmente a correspondência técnica com o produto fabricado/ofertado. Destaca-se que a simples transcrição do texto do edital em documento comercial/propaganda não constitui meio hábil de prova quanto ao atendimento integral dos requisitos de desempenho, composição e especificações exigidas. Dessa forma, solicitamos que seja apresentado por meio de diligência, documentos técnicos do produto ofertado, como manuais, folders, prospectos e

					imagens que possam comprovar todas as características do produto, principalmente as medidas exigidas, de todos os itens que compõem o conjunto. Ressalta-se que os documentos apresentados devem comprovar, de forma cabal e objetiva, o atendimento a todos os requisitos e parâmetros técnicos exigidos no edital, sob pena de desclassificação do item ofertado por ausência de comprovação de requisitos técnicos mínimos.
--	--	--	--	--	--

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 29/07/2026, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30329805** e o código CRC **7C8C2D81**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br