

OFÍCIO SEI Nº 28071249/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 14 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **454/2025**.

Objeto: Aquisição de instrumentais cirúrgicos para atendimento às demandas do Hospital Municipal São José.

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Memorando SEI n. 28045206/2026 - SAP.LCT, segue análise técnica dos itens ofertados:

Item	Material/Serviço	Unid medida	Qtd ofertada	Fornecedor	Marca	Análise Técnica
16	43188 - PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA CURVA 25CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade		RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Proposta Reprovada Conforme página 7 do Anexo SEI n. 28045204, o tamanho do item ofertado é inferior ao exigido em edital. (Ofertado: 24 cm - Edital: 25 cm)
17	43189 - PINÇA FOERSTER (ANEL/CORAÇÃO) SERRILHADA RETA 25 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade		RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Golgran	Proposta Reprovada Conforme página 7 do Anexo SEI n. 28045204, o tamanho do item ofertado é inferior ao exigido em edital. (Ofertado: 24 cm - Edital: 25 cm)
24	14165 - PINÇA ENDOSCOPICA TIPO MIXTER PINÇA ENDOSCOPICA, ROTATORIA, INTERCAMBEAVEL, CABO METALICO SEM TRAVA, COM BOCA, PARA DISSEÇÃO, ANGULADA PARA A DIREITA, TIPO MIXTER, DUPLA AÇÃO, COMPRIMENTO DE 36CM, TUBO EXTERNO ISOLADO DE 10MM, COMPOSTA DE CABO, TUBO E HASTE. AUTOCLAVÁVEL	Unidade		MF MEDICAL LTDA	ARTHIMED	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme página 26 do Anexo SEI n. 28045189. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras .
25	14171 - PINCA ENDOSCOPICA TIPO KELY PINCA ENDOSCOPICA TIPO KELY, CURVA, PARA DISSECCAO E APREENSAO ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COMPRIMENTO 36CM E DIAMETRO DE	Unidade		MF MEDICAL LTDA	ARTHIMED	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme página

	5MM, CONSTITUIDA DE CABO, TUBO E HASTE. AUTOCLAVAVEL.				26 do Anexo SEI n. 28045189. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras .
27	25209 - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO MARYLAND, PARA USO EM CIRURGIA LAPAROSCÓPICA TIPO PONTA CURVA, SEM CREMALHEIRA; MEDIDAS: COMPRIMENTO DA PONTA DE 2 A 3 CM E COMPRIMENTO DA HASTE DE 30 A 36 CM	Unidade	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	BHIO SUPPLY	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme página 3 do Anexo SEI n. 28045121. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras .
28	25210 - PINÇA ENDOCLINCH DUPLA ACAO MANDIBULAR 05 MM x 360 MM, COM CREMALHEIRA E TRAVA.	Unidade	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	BHIO SUPPLY	Proposta Aprovada O modelo ofertado atende as exigências do edital, bem como foi apresentado certificado de registro do produto na Anvisa, conforme página 3 do Anexo SEI n. 28045121. Para este item a empresa deverá apresentar 2 (duas) amostras .
31	25203 - PINÇA HULK 05 MM X 36 CM, CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	Unidade	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	BHIO SUPPLY	Não foi possível identificar nos documentos presentes no Anexo SEI n. 28045121 o tipo de aço que o material é feito, portanto solicitamos diligência junto a proponente para que seja confirmado o tipo de aço que o material é composto.
37	911242 - CUBA REDONDA EM INOX 9X5CM 250 ML - PARA CIRURGIA GERAL CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: 9 X 5 CM 250 ML.	Unidade	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	FORTINOX	Proposta Reprovada Conforme página 20 do Anexo SEI n. 28045163, o volume do item ofertado é inferior ao exigido em edital. (Ofertado: 220ml - Edital: 250ml)

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Gerente**, em 14/01/2026, às 16:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28071249** e o código CRC **2170D45B**.

