



MEMORANDO SEI Nº 0023179278/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de outubro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2024.
Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Em atenção ao documento SEI nº 0023107949 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Registro ANVISA	8.10 - b) Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de Site	Amostras?	Parecer
16	17990 - CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENAVEIS CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS	Peça	GENIAL PRODUTOS PARA	CASEX	De acordo	10222320011- Registro Vigente,	Apresentou	Não	Proposta de acordo com

	DRENAVEIS, COMPOSTO POR DUAS LÂMINAS DE POLIPROPILENO LIGADAS POR UMA DOBRADIÇA PARA FECHAMENTO DA ABERTURA DE DRENAGEM DAS BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA. COMPRIMENTO: 8,0 A 10,0 CM.		LIMPEZA LTDA			confirmado no Portal ANVISA.			o edital, classificada.
40	30767 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE FISTULA TAMANHO MINI OU P COMPOSTO POR: FILME PROTETOR, GRADE DE DEMARCAÇÃO, BOLSA COLETORA, JANELA TRANSPARENTE, CANAL DE ACESSO E CLAMP. APRESENTA DISPOSITIVO RECEPTOR TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO MACIO, OPACO, ATÓXICO HIPOALERGÊNICO, COM VÁLVULA DE DRENAGEM, BORDA COM ANEL INFLÁVEL, E BARREIRA PROTETORA ADESIVA COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECORTÁVEL DE 104 A 159 MM, JANELA TRANSPARENTE ADESIVA REMOVÍVEL QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO NA FERIDA, GRADE DE DEMARCAÇÃO QUE POSSIBILITE O RECORTE DA BARREIRA, PLÁSTICO PROTETOR TRANSPARENTE, BOMBA PARA INFLAR O ANEL INFLÁVEL E CANAL PARA DRENAGEM. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA/MS.	KIT	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COLOPLAST Sistema Kit Fistula P	De acordo	10430310040, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
41	30768 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE FISTULA TAMANHO MIDI OU M COMPOSTO POR: FILME PROTETOR, GRADE DE DEMARCAÇÃO, BOLSA COLETORA, JANELA TRANSPARENTE, CANAL DE ACESSO E CLAMP. APRESENTA DISPOSITIVO RECEPTOR	KIT	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COLOPLAST Sistema Kit Fistula M	De acordo	10430310040, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de

	TAMANHO MÉDIO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO MACIO, OPACO, ATÓXICO HIPOALERGÊNICO, COM VÁLVULA DE DRENAGEM, BORDA COM ANEL INFLÁVEL, E BARREIRA PROTETORA ADESIVA COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECORTÁVEL DE 156 A 228 MM, JANELA TRANSPARENTE ADESIVA REMOVÍVEL QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO NA FERIDA, GRADE DE DEMARCAÇÃO QUE POSSIBILITE O RECORTE DA BARREIRA, PLÁSTICO PROTETOR TRANSPARENTE, BOMBA PARA INFLAR O ANEL INFLÁVEL, E CANAL PARA DRENAGEM. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA/MS.								apresentar amostras.
42	30769 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE FISTULA TAMANHO MAXI OU G COMPOSTO POR: FILME PROTETOR, GRADE DE DEMARCAÇÃO, BOLSA COLETORA, JANELA TRANSPARENTE, CANAL DE ACESSO E CLAMP. APRESENTA DISPOSITIVO RECEPTOR TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO MACIO, OPACO, ATÓXICO HIPOALERGÊNICO, COM VÁLVULA DE DRENAGEM, BORDA COM ANEL INFLÁVEL, E BARREIRA PROTETORA ADESIVA COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECORTÁVEL DE 208 A 297 MM, JANELA TRANSPARENTE ADESIVA REMOVÍVEL QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO NA FERIDA, GRADE DE DEMARCAÇÃO QUE POSSIBILITE O RECORTE DA BARREIRA, PLÁSTICO PROTETOR TRANSPARENTE, BOMBA PARA INFLAR O ANEL INFLÁVEL, E CANAL PARA DRENAGEM.	KIT	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COLOPLAST Sistema Kit Fistula G	De acordo	10430310040, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA/MS.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/10/2024, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023179278** e o código CRC **9D27279B**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0023179278v6