Laboratório MUNICIPAL

PARECER TÉCNICO Nº 10/2025

Material	**TUBO A VÁCUO GEL 3,5ML**		
Quantidade Enviada	**50**	**Marca**	**VACUETTE**
Lote	**C250234D**	**Validade**	**03/05/2026**
Setor Avaliador	**COLETA E QUALIDADE**	**Período de Avaliação**	**MARÇO E ABRIL/2025**

Descritivo do Edital para avaliação:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR 3,5ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 3,5ML, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA OU VERMELHA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital? (X) SIM ( ) NÃO
2. O tubo é de material resistente? (X) SIM ( ) NÃO
3. O tubo tem marca para orientar o volume adequado de preenchimento?
   (X) SIM ( ) NÃO
4. A visualização da amostra no momento da coleta é boa? (X) SIM ( ) NÃO
5. O tubo aspira o volume indicado? (X) SIM ( ) NÃO
6. O tubo é de fácil manuseio e oferece boa segurança? (X) SIM ( ) NÃO
7. A borracha da tampa é adequada? (X) SIM ( ) NÃO
8. A tampa do tubo permite uma vedação adequada? (X) SIM ( ) NÃO
9. A separação da amostra ocorreu dentro do prazo esperado?
   (X) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA
10. Após a centrifugação a amostra encontra-se dentro dos padrões?
    (X) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA

Avaliação: (X) Aprovado

( ) Reprovado

Justificativa: _____

Avaliador / Matrícula: Larissa Delmonego - 61205 **Assinatura:** _____

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA
Coordenação e Responsável Técnica
CRF SC 8600
Matrícula 40.412