MEMORANDO SEI Nº 31459924/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 03 de novembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 629/2026** - Portal de Compras do Governo Federal nº 101/2026
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Linha Têxtil).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31443444 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11 . Amostras	Parecer
23	47537 - AVENTAL ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - TAMANHOS P, M E G AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL). CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MEDIDAS: **TAMANHO P: ALTURA 100 A 115 CM X 120 A 130 CM LARGURA; TAMANHO M: ALTURA 110 A 120 CM X 131 A 140 LARGURA; TAMANHO G: ALTURA 115 A 125 CM X 141 A 150 CM LARGURA (MEDIDA DA LARGURA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO)**. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Cota principal	UN	**MEDICAL & SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	MEDICAL & SAUDE	AVENTAL CIRURGICO	De acordo	83436720001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/11/2026.	--------	No prospecto apresentado não constam as medidas do item, apenas os tamanhos P, M e G.	EXIGE	No prospecto apresentado não constam as medidas do item, apenas os tamanhos P, M e G. Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem as medidas exigidas, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui as medidas especificadas no edital: Tamanho P: altura 100 a 115 cm x 120 a 130 cm largura; Tamanho M: altura 110 a 120 cm x 131 a 140 largura; Tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura (medida da largura na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração). Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
24	47537 - AVENTAL ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - TAMANHOS P, M E G AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL). CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE	UN	**HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**	Pion G / Health Quality	Pion G / Health Quality	De acordo	80342069005, registro ativo, confirmado no Portal	--------	Apresentou prospecto que descreve tamanho único: 1,35 x 1,16m); o edital exige medidas: amanho P: altura 100 a 115 cm x 120 a 130 cm largura; Tamanho M: altura 110 a 120 cm x 131 a 140	EXIGE	Apresentou prospecto que descreve tamanho único: 1,35 x 1,16m); o edital exige medidas: amanho P: altura 100 a 115 cm x 120 a 130 cm largura; Tamanho M: altura 110 a 120 cm x 131 a 140 largura; Tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura (medida da largura na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração). Para continuidade da

	IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. **MEDIDAS: TAMANHO P: ALTURA 100 A 115 CM X 120 A 130 CM LARGURA; TAMANHO M: ALTURA 110 A 120 CM X 131 A 140 LARGURA; TAMANHO G: ALTURA 115 A 125 CM X 141 A 150 CM LARGURA (MEDIDA DA LARGURA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO).** O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Cota reservada 25%		**HOSPITALARES LTDA**				ANVISA em 03/11/2026.		largura; Tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura (medida da largura na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração).		análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem as medidas exigidas, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui as medidas especificadas no edital. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
26	29855 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL) DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR: BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	Unidade	**MEDICAL & SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	MEDICAL & SAUDE	AVENTAL	De acordo	83436720005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/11/2026.	--------	Apresentou	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
27	29855 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL) DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR: BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	Unidade	**HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	Medix laminado	Medix laminado	De acordo	80495510109, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/11/2026.	--------	No prospecto constam as medidas 100±5cm altura x 130±5cm largura e o edital exige medidas mínimas altura 110 cm x largura 140cm.	EXIGE	Na proposta a empresa ofertou item com a medida exigida no edital - medidas mínimas altura 110 cm x largura 140cm, porém no prospecto constam as medidas 100±5cm altura x 130±5cm. Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem as medidas exigidas, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui as medidas especificadas no edital: medidas mínimas altura 110 cm x largura 140cm. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
38	910838 - CAMPO OFTÁLMICO TAMANHO ESTÉRIL **80 CM X 80 CM GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M2, COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUÍDOS E PELÍCULA INCISIONAL**, TAMANHO MÍNIMO 80 CM X 80 CM, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), **IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL).** ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL). CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	**THIAGO ACCIOLY MARINHO**	LDN	CAMPO CIRURG. BAG SMS DESCART EST. LUDAN N 90X90	Descreve medidas 90 x 90 cm	81481410013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/11/2026.	--------	No prospecto constam várias gramaturas do item, inclusive a gramatura exigida no edital; o prospecto não especifica a seguinte exigência do edital: com bolsa plástica coletora de fluidos e película incisional e impermeável (com filme impermeável) .	EXIGE	Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem a gramatura exigida e, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui: 1. Gramatura mínima de 45g/m2; 2. Bolsa plástica coletora de fluidos e película incisional; 3. Impermeável (com filme impermeável). Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

44	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 25 CM X 23 CM - **PACOTE COM 50 UNIDADES COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 25 CM X 23 CM COM PESO MÍNIMO 8 G, EM 100% ALGODÃO**, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRAÇÕES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, NÃO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. PACOTE PLÁSTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Pacote	**ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**	ERIMAX SOFT	80698139006	De acordo	80698139006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 04/11/2026.	--------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Peso mínimo 8g.	EXIGE	Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem o peso, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui: 1. Peso mínimo 8g por unidade. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
47	47540 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL MEDINDO **7.5 CM X 7.5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA -** PACOTE COM 10 UNIDADES DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, MEDINDO 7.5 CM X 7.5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA, **COM PESO MÍNIMO DE 1,0 GR POR UNIDADE**, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTAS DE IMPUREZA, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. FORNECIDA EM PACOTES COM 10 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	PCT	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES**	ERIMAX	ESTERIL	Apresentou descrição resumida do item.	80698139002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 04/11/2026.	--------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Peso mínimo 1gr por unidade.	EXIGE	Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem o peso, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui: 1. Peso mínimo 1gr por unidade. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
49	47542 - COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA - PACOTE COM 500 UNIDADES NÃO ESTÉRIL, **DENSIDADE 13 FIOS/CM², 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA** , 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, **COM PESO MÍNIMO DE 500 GR POR PACOTE,** EM TECIDO 100% ALGODÃO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES ÓPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO EVITANDO DESFILAMENTO. DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PACOTE COM 500 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	PCT	**GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**	0.081.481.900.00-5 REBECCA	0.081.481.900.00-5 REBECCA	De acordo	81481900005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 04/11/2026.	--------	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Peso mínimo de 500 gr por pacote.	EXIGE	Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem o peso, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui: 1. Peso mínimo de 500 gr por pacote. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
61	909682 - MALHA TUBULAR **10CM X 25M** MALHA TUBULAR 10CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CMX25M. FABRICADA EM **TECIDO 100% ALGODAO**.PROTEGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO.ENROLADAS SOBRE SI, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, NAO ESTERIL.	Rolo	**ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**	ORTOFEN	80205290004	De acordo	80205290004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/11/2026.	--------	No prospecto apresentado constam itens com várias características, inclusive com as especificações exigidas no edital.	EXIGE	Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem as especificações exigidas, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui: 1. Tecido 100% algodão; 2. 10cm X 25m. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
66	44523 - MASCARA PFF2 SEM VÁLVULA RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF2, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS; TIPO PEÇA SEMIFACIAL, **SEM VÁLVULA,** DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FÁCIL AJUSTE FACIAL, VEDAÇÃO ADEQUADA, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTEÇÃO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996 OU SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM UNITÁRIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE.	Unidade	**ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**	PROTDESC	UND	De acordo	80404440015, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 04/11/2026.	CA 51912 válido para proteção das vias respiratórias do usuário contra	No prospecto apresentado constam dois tipos de máscara, com válvula e sem válvula; o	EXIGE	Para continuidade da análise e para evitar custos com o envio de amostras que serão reprovadas se não atenderem as especificações exigidas, solicitamos que a empresa confirme se o

	APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE.							poeiras, névoas e fumos (pff2).	edital exige se, válvula.		item ofertado é **sem válvula**. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11 . Amostras	Parecer
15	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, **COM NO MÍNIMO DE 80% ALGODÃO,** COR NATURAL, **TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO**, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, **C/ PESO MÍNIMO 42,80 GR POR UNIDADE.** DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota principal	UNID	**MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	-SOFT/ERIMAX	Atadura Crepom	Apresentou descrição resumida do item.	80698130008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	---------- -	No prospecto constam as seguintes especificações: *"67% algodão, 26% poliéster"*; o edital exige *"com no mínimo 80% algodão"*.	EXIGE	**Análise prévia:** Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme se o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1. Com no mínimo 80% de algodão; 2. C/ peso mínimo 42,80 gr por unidade; 3. Tamanho 20cm X 1,8m em repouso. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital. **Diligência realizada:** 31443263 **Parecer final:** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
16	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, **COM NO MÍNIMO DE 80% ALGODÃO,** COR NATURAL, **TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO**, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, **C/ PESO MÍNIMO 42,80 GR POR UNIDADE**. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Cota reservada 25%	UNID	**MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	-SOFT/ERIMAX	Atadura Crepom	Apresentou descrição resumida do item.	80698130008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	---------- -	No prospecto constam as seguintes especificações: *"67% algodão, 26% poliéster"*; o edital exige *"com no mínimo 80% algodão"*.	EXIGE	**Análise prévia:** Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme se o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1. Com no mínimo 80% de algodão; 2. C/ peso mínimo 42,80 gr por unidade; 3. Tamanho 20cm X 1,8m em repouso. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital. **Diligência realizada:** 31443263 **Parecer final:** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
17	916913 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 30 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, **COM NO MÍNIMO DE 80% ALGODÃO,** COR NATURAL, TAMANHO 30 CM X 1,8 M EM REPOUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, **C/ PESO MÍNIMO 64,10 GR POR UNIDADE**. DEVE ATENDER NA ÍNTEGRA A NBR 14056 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	UNID	**MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	SOFT/ERIMAX	Atadura Crepom	Apresentou descrição resumida do item.	80698130008, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	---------- -	No prospecto constam as seguintes especificações: *"67% algodão, 26% poliéster"*; o edital exige *"com no mínimo 80% algodão"*.	EXIGE	**Análise prévia:** O prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Com no mínimo 80% de algodão; 2. C/ peso mínimo 64,10 gr por unidade; 3. Tamanho 30cm X 1,8m em repouso. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital. **Diligência realizada:** 31443263 **Parecer final:** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
	916920 - CADARCO DE ALGODAO DE 14 A 16MM X 50 M FIO TIPO CADARCO CONFECCIONADO EM 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, COR								Apresentou documento com a imagem de		**Análise prévia:** Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme se o item atende na íntegra as seguintes exigências do edital:

34	BRANCA, RESISTENTE, LARGURA DE 14 A 16 MM E MINIMO 50 M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	**LEONARDO MIRANDA HILGENBERG**	soni/tecenil	carretel	De acordo	Isento	---------- -	itens com diversas larguras do cadarço, mas sem a informação sobre o comprimento. O edital exige 50 m de comprimento. Em diligência realizada a empresa confirmou *"sim, atende todas as especificações".*	----------	1. Largura de 14 a 16mm; 2. Mínimo 50m de comprimento; 3. Embalagem unitária, acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto, constando dados de identificação, lote, procedência, validade. **Diligência realizada:** 31443271 **Parecer final:** Proposta classificada.
36	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL TAMANHO **50 CM X 50 CM DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M²,** TAMANHO 50 CM X 50 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 3 CM), NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND) , **HIDRORREPELENTE,** ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. **EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL).** CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	UN	**POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	Polar Fix / Polar Fix	Polar Fix	De acordo	8003400026, registro vigente, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	---------- -	No prospecto não consta as seguintes exigências do edital: hidrorrepelente, embalado em papel grau cirúrgico que possua indicador químico que demonstre que o processo de esterilização foi concluído (o indicador deve ser no grau cirúrgico, não aceita-se etiqueta removível).	EXIGE	**Análise prévia:** Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme se o item atende na íntegra as seguintes exigências do edital: 1. Hidrorrepelente; 2. Embalado em papel grau cirúrgico que possua indicador químico que demonstre que o processo de esterilização foi concluído (o indicador deve ser no grau cirúrgico, não aceita-se etiqueta removível). **Diligência realizada:** 31443281 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
39	29857 - CAMPO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO **TAMANHO 60 CM X 40 CM** (PARA PREPARO DE QUIMIOTERÁPICOS) COR AZUL, **IMPERMEÁVEL NUMA FACE E ABSORVÍVEL EM OUTRA,** CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2, TAMANHO 60 CM X 40 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +5CM). **EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL).** CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	**THIAGO ACCIOLY MARINHO**	LDN	CAMPO CIRURG. LAMINADO SMS DESCART EST. N 60X40	Apresentou descrição resumida do item.	81481410012, registro vigente, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	---------- -	O prospecto apresentado não especifica a seguinte exigência do edital: 1. Impermeável numa face e absorvível em outra.	EXIGE	**Análise prévia:** Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme se o item ofertado atende a seguinte exigência do edital: 1. Tamanho 60 cm x 40 cm; 2. Impermeável numa face e absorvível em outra; 3. Embalado em papel grau cirúrgico que possua indicador químico que demonstre que o processo de esterilização foi concluído (o indicador deve ser no grau cirúrgico, não aceita-se etiqueta removível). **Diligência realizada:** 31443289 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
	47540 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL MEDINDO **7.5 CM X 7.5 CM FECHADA** E **15 CM X 30 CM ABERTA** - PACOTE COM 10 UNIDADES DENSIDADE DE **13 FIOS POR CM2** CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, MEDINDO 7.5 CM X 7.5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA, COM PESO **MÍNIMO DE 1,0 GR POR UNIDADE,** COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS,								O prospecto apresentado não deixa claro		**Análise prévia:** Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado atende as seguintes exigências do edital, que serão conferidas na amostra: 1. 15cm X 30cm aberta;

48	ALVEJADAS, ISENTAS DE IMPUREZA, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. FORNECIDA EM PACOTES COM 10 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	PCT	**ESSENCIA SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES**	ERIMAX linha têxtil premium - prospecto SEI 31443299	ESTERIL	Apresentou descrição resumida do item.	80698130004, registro vigente, confirmado no Portal ANVISA em 27/10/2026.	---------- -	as seguintes exigências do edital: 1. 15cm X 30cm aberta; 2. 13 fios por cm^2; 3. Peso mínimo de 1,0gr por unidade.	EXIGE	2. 13 fios por cm^2; 3. Peso mínimo de 1,0gr por unidade. **Diligência realizada:** 31443299 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital, que serão reprovadas se não atenderem todas as especificações exigidas, incluindo o peso mínimo de 1,0gr por unidade.
58	917116 - LENÇOL DE TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, **GRAMATURA 30 GR/M²,TAMANHO MÍNIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELÁSTICO**, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota principal	UNID	**ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**	SNOP	TNT	De acordo	Isento	---------- -	Apresentou prospecto com diversas gramaturas, incluindo a gramatura exigida no edital: 20g, 30g, 40g e 50g.	----------	**Análise prévia:** Apresentou prospecto com diversas gramaturas, incluindo a gramatura exigida no edital. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item ofertado é de gramatura 30gr/m^2, conforme exigência do edital. **Diligência realizada:** 31443317 - *"Boa tarde, o único documento que nos temos é o que já enviamos "DOCS LENCOL TNT.pdf", a empresa fornecedora é fabricante e ela produz em varias gramaturas".* **Parecer:** Resta claro no documento apresentado que a empresa fabrica o item em várias gramaturas 20g, 30g, 40g e 50g. Para a classificação é necessário que a empresa confirme que na proposta está sendo ofertado e será entregue item com a gramatura solicitada no edital: **30gr/m^2** e não a gramatura de 20g/m^2 que consta como opção no prospecto, ou a proposta será desclassificada.
59	917116 - LENÇOL DE TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, **GRAMATURA 30 GR/M²,TAMANHO MÍNIMO 0,90 CM X 2,00 M**, COM ELÁSTICO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota reservada 25%	UNID	**ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**	SNOP	TNT	De acordo	Isento	---------- -	Apresentou prospecto com diversas gramaturas, incluindo a gramatura exigida no edital: 20g, 30g, 40g e 50g.	----------	**Análise prévia:** Apresentou prospecto com diversas gramaturas, incluindo a gramatura exigida no edital. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item ofertado é de gramatura 30gr/m^2, conforme exigência do edital. **Diligência realizada:** 31443317 *"Boa tarde, o único documento que nos temos é o que já enviamos "DOCS LENCOL TNT.pdf", a empresa fornecedora é fabricante e ela produz em varias gramaturas".* **Parecer final:** Resta claro no documento apresentado que a empresa fabrica o item em várias gramaturas 20g, 30g, 40g e 50g. Para a classificação é necessário que a empresa confirme que na proposta está sendo ofertado e será entregue item com a gramatura solicitada no edital: **30gr/m^2** e não a gramatura de 20g/m^2 que consta como opção no prospecto, ou a proposta será desclassificada.

62	909684 - MALHA TUBULAR 15CM X 25M MALHA TUBULAR 15CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15CMX25M. **FABRICADA EM TECIDO 100% ALGODAO**.PROTEGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO.ENROLADAS SOBRE SI, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS, NAO ESTERIL.	Rolo	**WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	polarfix	Unidade	De acordo	8003400021, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/10/2026.	---------- -	Apresentou	----------	**Análise prévia:** Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme as seguintes exigências do edital: O prospecto apresentado não descreve as seguintes exigências do edital: 1. Fabricada em tecido 100% algodão. 2. 15cm X 25m. **Diligência realizada:** 31443326 - "*Confirmamos que o produto ofertado é 100% algodão medindo 15 0cm x 25m, conforme proposta apresentada".* **Parecer final:** Proposta classificada.
64	909139 - MALHA TUBULAR 30CM X 25M MALHA TUBULAR 30CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 30CMX25M. FABRICADA EM TECIDO 100% ALGODAO.PROTEGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO.ENROLADAS SOBRE SI, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS, NAO ESTERIL.	Rolo	**WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	polarfix	Unidade	De acordo	8003400021, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/10/2026.	---------- -	O prospecto apresentado não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Fabricada em tecido 100% algodão. 2. 30cm X 25m.	----------	**Análise prévia:** Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme as seguintes exigências do edital: O prospecto apresentado não descreve as seguintes exigências do edital: 1. Fabricada em tecido 100% algodão. 2. 30cm X 25m. **Diligência realizada:** 31443341 - "*Bom dia! Confirmamos que o produto ofertado é 100% algodão medindo 30cm x 25m, conforme proposta apresentada".* **Parecer final:** Proposta classificada.
65	909739 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS OU ELASTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMPOSICAO **ANTI-ALERGICA,** TEXTURA SUAVE; TAMANHO ADEQUADO, ABRANGENDO TODA REGIÃO MENTO-NASAL, **AMOLDADOR PARA CONTORNO DO NARIZ COM ELEMENTO METÁLICO**, FACIL ADAPTAÇÃO A ANATOMIA NASAL; POSSUIR **TIRAS OU ELÁSTICOS RESISTENTES PARA FIXAÇÃO;** PERMITE O MOVIMENTO INSPIRAÇÃO/EXPIRAÇÃO SEM PRODUZIR SUFOCAMENTO; ISENTA DE FIBRA DE VIDRO; **EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES, ABERTURA OVAL NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, PICOTADA, PERMITINDO RETIRADA INDIVIDUAL DAS MASCARAS.** IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	Unidade	**ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**	INJEX	UND	De acordo	10160610070, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 27/10/2026.	---------- -	O prospecto apresentado não especifica as seguintes exigências do edital: 1. Composição anti-alérgica; 2. Amoldador para contorno do nariz com elemento metálico; 3. Possuir tiras ou elásticos resistentes para fixação; 4. Embalagem de papelão contendo até 100 unidades, abertura oval na parte superior da caixa, picotada, permitindo retirada individual das máscaras.	----------	**Análise prévia:** Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item possui as seguintes exigências do edital: 1. Composição anti-alérgica; 2. Amoldador para contorno do nariz com elemento metálico; 3. Possuir tiras ou elásticos resistentes para fixação; 4. Embalagem de papelão contendo até 100 unidades, abertura oval na parte superior da caixa, picotada, permitindo retirada individual das máscaras. **Diligência realizada:** 31443352 - a empresa apresentou novo prospecto que equivale a outro item: "máscara PFF2" e o edital exige "máscara cirúrgica simples". **Parecer:** reiteramos a necessidade de diligência e se a empresa não confirmar as informações solicitadas, a proposta será reprovada. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que o item possui as seguintes exigências do edital: 1. Composição anti-alérgica; 2. Amoldador para contorno do nariz com elemento metálico; 3. Possuir tiras ou elásticos resistentes para fixação; 4. Embalagem de papelão contendo até 100 unidades, abertura oval na parte superior da caixa, picotada, permitindo

											retirada individual das máscaras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 04/11/2026, às 10:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31459924** e o código CRC **C733D9DF**.