



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0014921164/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de novembro de 2022.

À SAP.LCT

Informamos que a amostra apresentada pela empresa CM Hospitalar para o item 38 foi aprovada, conforme Análise técnica item 38 (SEI n° 0014921099).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 10/11/2022, às 10:33, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014921164** e o código CRC **8BF3D8A1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.241972-6

0014921164v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 606 /2022

ITEM: 38- sistema coletor de secreções

DESCRIÇÃO: 912443 - SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES - EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E ESTERILIZADO - FRASCO COLETOR EM PVC, TRANSPARENTE, GRADUADO, ATOXICO (120 ML). TAMPA COM VIAS (TORRES) PARA CONEXAO, ROSCA E ANEL DE VEDAÇÃO EM PEAD. ALÇA DE TRANSPORTE EM PVC; EXTENSÃO PARA CONEXAO COM A SONDA DE ASPIRAÇÃO OU ENDOSCOPIO EM PVC OU LATEX; CONECTOR CÔNICO PARA CONEXAO COM O TUBO DE ASPIRAÇÃO DO VACUO HOSPITALAR; TUBO INTERNO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (PAPEL ADESIVO).

FORNECEDOR: CM HOSPITALAR

MARCA: CREMER/ BRONQUINHO

REGISTRO (ANVISA): 80245210209

LOTE: 2100028908

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem adequada, bem vedada.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Sem alterações que afetem o descritivo.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Bom funcionalidade.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 10/11/22

Mariana Leiros / Corem 270110

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO