Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0025175359/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **075/2025**.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção ao documento SEI nº 0025039486, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	Parecer
68	911129 - FIO POLIDIOXANONA 4-0 AG 1,7CM CILINDRICA FIO CIRURGICO DE POLIDIOXANONA SINTETICO, MONOFILAMENTAR, VIOLETA, ABSORVIVEL DE ESPESSURA 4-0, AGULHA 1,7CM, CIRCULO CILINDRICA, 1/2 DE CURVATURA COM 70CM DE COMPRIMENTO.	ENV	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLINE PDO40MR20G	-------	Apresentou descrição resumida do item	10426020016, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Para continuidade da análise foi solicitado que a empresa apresentasse prospecto específico referente ao modelo ofertado: PDO40MR20G. Após diligência realizada, a empresa apresentou ficha técnica do produto ofertado. Em análise às informações do modelo PDO40MR20G, verifica-se que o modelo em questão possui agulha com comprimento de 2,0 cm, porém, o edital exige agulha de 1,7 cm. **Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.**

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 14/04/2025, às 13:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0025175359** e o código CRC **0FED3623**.

24.0.219769-7

0025175359v3