

MEMORANDO SEI Nº 29751503/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 09 de junho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostromizados.

Em atenção ao documento SEI nº 29750081 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo	Descrição de Versão com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer
										A empresa apresentou ficha técnica com a descrição do item. Porém, verificamos que na Especificação técnica processo sei 29749859 página 11, consta modelo e registro ANVISA do item

12	<p>17990 - CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENAVEIS CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENAVEIS, COMPOSTO POR DUAS LÂMINAS DE POLIPROPILENO LIGADAS POR UMA DOBRADIÇA PARA FECHAMENTO DA ABERTURA DE DRENAGEM DAS BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA. COMPRIMENTO: 8,0 A 10,0 CM.</p>	Peça	<p>MILLENIO COMERCIO SERVICO LTDA</p>	<p>VITALGOLBOLSA DE JOAOMEDE</p>	<p>CLAMP PARA BOLSAS DE ASTOMAS 4056</p>	De acordo.	<p>10296900140, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 09/06/2026.</p>	<p>Apresentou o prospecto sem as medidas solicitadas no Edital de 8,0 a 10,0 cm.</p>	<p>porém não consta a medida solicitada, conforme exigido em edital.</p> <p>Desta forma, solicitamos que a empresa confirme qual a medida será ofertada.</p> <p>Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as seguintes exigências do edital, que não constam no prospecto anexado:</p> <p>1. Comprimento: 8,0 a 10,0 cm.</p>
----	---	------	--	----------------------------------	--	------------	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 09/06/2026, às 11:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29751503** e o código CRC **87E8D1CE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

29751503v7