



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0015099236/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 29 de novembro de 2022.

À SAP.LCT

Informamos que a amostra apresentada pela empresa Altermed Mat. Med. Hosp. Ltda para o item 10 foi aprovada, conforme Análise técnica item 10 (SEI nº 0015099182).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 29/11/2022, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015099236** e o código CRC **541C72FB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.241972-6

0015099236v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: **606/2022**

ITEM: 10- ELETRODO DESCARTAVEL

DESCRIÇÃO: 916955 - ELETRODO DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/PEDIATRICO, PINO ACO INOX, DORSO EM ESPUMA HIPOALERGICO, CONDUTOR GEL SOLIDO, CONTATO PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), FORMATO OVAL, EMBALAGEM UNITARIA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTEUDO IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: Altermed Mat. Med. Hosp. Ltda

MARCA: MEDIX

REGISTRO (ANVISA): 80495510048

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 PACOTE COM 50 ELETRODOS

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Embalagem adequada para proteção do produto.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende ao descritivo.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Bom funcionamento, acesso adequado.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 25/11/22

Maiara Leiros 220110
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO