

MEMORANDO SEI Nº 0019889501/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de janeiro de 2024.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 472/2023.

**Objeto:** Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019889189), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	10.13- Comodato (itens 3 e 6)	Parecer
20	913469 - EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMODERIVADOS DISPOSITIVO PARA INFUSAO E CONTROLE DO SANGUE COM LANCETA PERFURANTE PARA A CONEXAO AO RECIPIENTE SANGUE, CAMARA DUPLA FLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENCAO DE COAGULOS E A SEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO , CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE CONECCAO SPIN LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. ESTERILIZADO, ATOXICO E APIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE POLIETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL.	PC	CM HOSPITALAR S.A.	Embramed/Cremer S.A	Embramed	Apresentou descrição resumida.	80245210242- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Proposta classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/01/2024, às 11:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019889501** e o código CRC **0EFC145E**.