

MEMORANDO SEI Nº 29694687/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de junho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostromizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 29684112 segue a análise solicitada quanto às diligências realizadas:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Modelo	Descrição de Produto com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer
									<p>Análise prévia:</p> <p>Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as seguintes exigências do edital, que não constam no prospecto anexado:</p> <p>1. Composto por duas lâminas de polipropileno</p>

12	<p>17990 - CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENAVEIS CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENAVEIS, COMPOSTO POR DUAS LÂMINAS DE POLIPROPILENO LIGADAS POR UMA DOBRADIÇA PARA FECHAMENTO DA ABERTURA DE DRENAGEM DAS BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA. COMPRIMENTO: 8,0 A 10,0 CM.</p>	Peça	<p>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p>	RETO	De acordo	<p>102223 20004, Registro ativo referente a bolsa de colostomia, confirmado no Portal ANVISA em 28/05/2026.</p>	<p>Apresentou. Prospecto não deixa claro se o item as seguintes exigências do edital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Composto por duas lâminas de polipropileno ligadas por uma dobradiça; 2. Comprimento: 8,0 a 10,0 cm. 	<p>ligadas por uma dobradiça ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Comprimento: 8,0 a 10,0 cm. <p>Diligência realizada :</p> <p>"...DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA: enviou documentação complementar, conforme Documento SEI nº 29683 895..."</p> <p>Parecer:</p> <p>Após diligência realizada a empresa anexou documentação complementar que não especifica as informações solicitadas. Desta forma, solicitamos que a empresa confirme se o modelo ofertado atende na íntegra as exigências do edital:</p>
----	---	------	---	------	-----------	---	--	---

								<p>1. Composto por duas lâminas de polipropileno ligadas por uma dobradiça ;</p> <p>2. Comprimento: 8,0 a 10,0 cm.</p> <p>Se a empresa confirmar as informações, a proposta está classificada.</p>	
33	<p>13744 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 20 X 20 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA.</p>	Pç.	SZ HOSPITALAR LTDA	CASEX	CASEX	<p>Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: "dimensão: cerca de 10 x 20cm"; edital exige "tamanho mínimo 20 x 20</p>	<p>102223 20014, Registrado no Portal ANVISA em 02/06/2026.</p>	<p>Apresentou.</p> <p>O prospecto enviado em resposta a Diligência SEI nº 29683909, descreve na declaração anexada que: "...referente ao modelo ofertado para o item 33 do Pregão Eletrônico Nº 90132/2026, conforme catálogo em anexo, seria o CURACTIVE</p>	<p>Análise Prévia:</p> <p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa informe qual é o modelo ofertado.</p> <p>Diligência realizada:</p> <p>"...SZ HOSPITALAR LTDA: enviou documentação complementar, conforme Documento SEI nº 29683909..."</p> <p>Parecer final:</p> <p>Proposta de acordo com o edital,</p>

						<i>cm".</i>	<i>REGULA R (H120 TAM 20X20 cm)...".</i>	Classifica da. Haverá a necessida de de apresenta r amostras.
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 03/06/2026, às 06:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29694687** e o código CRC **9B833C07**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

29694687v9