



Prefeitura de Joinville

ERRATA SEI Nº 6204097/2020 - SES.UCC.ASU

Joinville, 06 de maio de 2020.

O **Hospital Municipal São José**, leva ao conhecimento dos interessados que no edital de Pregão Eletrônico nº 137/2020, destinado a **Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME, em regime de consignação, destinada aos usuários do Sistema Único de Saúde contemplados pela Tabela SIG TAP SUS, nas especialidades de cirurgia geral e exames diagnósticos, para atender a demanda do Hospital Municipal São José**, promoveu as seguintes alterações, prorrogando a data de abertura, conforme segue:

DO EDITAL

1 - DA LICITAÇÃO

1.5 - Data e horário limites para entrega de propostas e início da sessão pública: 21/05/2020 até às 09:00 horas.

DO ANEXO I: Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos:

ONDE SE LÊ:

ITEM 6:

14630 - CATETER DE TERMODILUIÇÃO CONTINUA- Swan Ganz Cateter de termo diluição contínuo utilizado como instrumento diagnóstico para determinação das pressões hemodinâmicas e débito cardíaco. Indicado para avaliação de condições hemodinâmicas do paciente através das pressões intracardíacas e da pressão da artéria pulmonar, determinando o débito cardíaco e, para infusão de solução. Confeccionado em poliuretano heparinizado, calibre de 7FR , 4 lúmens em pontos distintos. Comprimento mínimo 110cm. Entrada para sistemas de monitorização. Embalagem individual contendo lote, data de fabricação, data de validade. Responsável técnico e registro na ANVISA. COD SUS = 070205007. Quantidade consignada 5.

LEIA-SE:

ITEM 6:

25070 - CATETER DE TERMODILUIÇÃO CONTINUA- Swan Ganz Cateter de termo diluição contínuo utilizado como instrumento diagnóstico para determinação das pressões hemodinâmicas e débito cardíaco. Indicado para avaliação de condições hemodinâmicas do paciente através das pressões

intracardíacas e da pressão da artéria pulmonar, determinando o débito cardíaco e para infusão de solução. Confeccionado em poliuretano , calibre de 7FR , 4 lúmens em pontos distintos. Comprimento mínimo 110cm. Entrada para sistemas de monitorização. Embalagem individual contendo lote, data de fabricação, data de validade. Responsável técnico e registro na ANVISA. COD SUS = 070205007. Quantidade consignada 5

ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 6098483/2020 - SES.UCC.ACP

2-Especificações técnicas:

ONDE SE LÊ:

ITEM 6:

14630 - CATETER DE TERMODILUIÇÃO CONTINUA- Swan Ganz Cateter de termo diluição contínuo utilizado como instrumento diagnóstico para determinação das pressões hemodinâmicas e débito cardíaco. Indicado para avaliação de condições hemodinâmicas do paciente através das pressões intracardíacas e da pressão da artéria pulmonar, determinando o débito cardíaco e, para infusão de solução. Confeccionado em poliuretano heparinizado, calibre de 7FR , 4 lúmens em pontos distintos. Comprimento mínimo 110cm. Entrada para sistemas de monitorização. Embalagem individual contendo lote, data de fabricação, data de validade. Responsável técnico e registro na ANVISA. COD SUS = 070205007. Quantidade consignada 5.

LEIA-SE:

ITEM 6:

25070 - CATETER DE TERMODILUIÇÃO CONTINUA- Swan Ganz Cateter de termo diluição contínuo utilizado como instrumento diagnóstico para determinação das pressões hemodinâmicas e débito cardíaco. Indicado para avaliação de condições hemodinâmicas do paciente através das pressões intracardíacas e da pressão da artéria pulmonar, determinando o débito cardíaco e para infusão de solução. Confeccionado em poliuretano , calibre de 7FR , 4 lúmens em pontos distintos. Comprimento mínimo 110cm. Entrada para sistemas de monitorização. Embalagem individual contendo lote, data de fabricação, data de validade. Responsável técnico e registro na ANVISA. COD SUS = 070205007. Quantidade consignada 5.

As demais condições permanecem inalteradas.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 06/05/2020, às 16:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Diretor (a) Presidente**, em 06/05/2020, às 16:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6204097** e o código CRC **362F4182**.

