



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0013320420/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de junho de 2022.

À SAP.UPR

Em atendimento a Informação 0013241726, informamos que a amostra do item 10 enviada pela empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Eireli foi recebida nesta Secretaria da Saúde no prazo indicado no edital.

Informamos que a amostra em questão foi analisada e **REPROVADA** por esta secretaria. Conforme Análise SES.UAF.ACM (SEI n° 0013319893):

O edital exige hastes com pontas diferenciadas, sendo uma extremidade em forma cilíndrica, ponta fina, outra extremidade em forma arredondada tipo achatada e a amostra apresentada possui pontas comuns.

As hastes não atendem as necessidades assistenciais, não possuem pontas diferenciadas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 22/06/2022, às 10:49, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013320420** e o código CRC **4401CEEC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.145028-0

0013320420v3



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0013319893/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de junho de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **407/2022**

ITEM 10 - HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DIFERENCIADAS

DESCRIÇÃO	30804 - HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DIFERENCIADAS HASTE CILINDRICA RETA, COM MEDIDA APROXIMADA 7X2,5CM, CONFECCIONADA COM ALGODAO HIDROFILO, ANTIGERME. FORMATO DAS PONTAS: UMA EXTREMIDADE COM ALGODAO EM FORMA CILINDRICA, PONTA FINA, OUTRA EXTREMIDADE COM ALGODAO EM FORMA ARREDONDADA TIPO ACHATADA, IDEAL PARA USO EM REGIAO OCULAR. EMBALAGEM COM NO MINIMO 30 UNIDADES.
FORNECEDOR	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
MARCA	CREMER
REGISTRO ANVISA	ISENTO
LOTE	151
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 CAIXA (75 UNIDADES)

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: o edital exige hastes com pontas diferenciadas, sendo uma extremidade em forma cilíndrica, ponta fina, outra extremidade em forma arredondada tipo achatada e a amostra apresentada possui pontas comuns.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: As hastes não atendem as necessidades assistenciais, não possuem pontas diferenciadas.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 22/06/2022, às 10:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013319893** e o código CRC **B7A3BFEA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.208050-8

0013319893v4



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0013327134/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 22 de junho de 2022.

À SAP.UPR

Em atendimento a Informação 0013241726, informamos que a amostra do item 13 enviada pela empresa JBL Serviços e Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda foi recebida nesta Secretaria da Saúde no prazo indicado no edital.

Informamos que a amostra em questão foi analisada e **APROVADA** por esta secretaria conforme Parecer Técnico item 13 (SEI n° 0013327125).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 22/06/2022, às 15:44, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013327134** e o código CRC **EB824B58**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.145028-0

0013327134v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: **407/2022**

ITEM: 13- PLACA ELETROCIRURGICA PLACA DE RETORNO

DESCRIÇÃO: 910683 - PLACA ELETROCIRURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELETRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDANCIA, BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELETRICO. COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELETRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRTCHEER MODELO 4400 POWER PLUS.

FORNECEDOR: **JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

MARCA: BLUEPED

REGISTRO (ANVISA): 80722800013

LOTE: ZX2022 0202

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Condicionamento perfeito.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

de fácil entendimento

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

De fácil manuseio, adapta-se ao corpo com facilidade.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Atende as necessidades do setor.

DATA: 22/06/22

Jamaina Stupp 158834
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Rossano F. da S. Camargo
Enfermeiro
COREN 160809