

**MEMORANDO SEI Nº 27538062/2025 - SES.UME.CAME**

Joinville, 17 de novembro de 2025.

Joinville, 06 de novembro de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **415/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais Odontológicos Complementares.

Em atenção ao Memorando SEI nº 27509625, encaminhamos NOSSA análise técnica das propostas.

Item	Material/Serviço	Unidade Medida	Fornecedor	Marca	Modelo	Descrição de acordo com o edital?	Prospecto/ficha técnica	Registro Anvisa	Amostras?	Parecer
15	25807 - FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 COM AGULHA FIO CIRÚRGICO, MONOFILA MENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; ESPESSURA 5-0; COM 1 AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, CORTE REVERSO, COM COMPRIMENTO DE 1,5 A 1,7	Unidade	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD	DONATI	DONATI	SIM	DE ACORDE COM O EDITAL	813498 40006 VIGENTE	NÃO	APROVADO

	CM; EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBRs 13386 OU 13387. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.								
20	23045 - GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA Nº 26 EM AÇO INOXIDÁVEL, INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO REGISTRO M.S./ANVISA	Unida de	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD	IMPLA	IGRA 26	SIM	DE ACORODO COM O EDITAL	815937 30031 NÃO VIGENTE	APROVADO
29	40861 - MOLDURA RADIO ODONTO COM 2 FUROS MOLDURA RADIOLOGIA DE PAPEL COM 2 FUROS (PACOTES COM 100 UNIDADES)	Pacote	A2XR COMERCIAL LTDA	PREVEN	PREVEN	SIM	DE ACORODO COM O EDITAL	NÃO	APROVADO

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 17/11/2025, às 11:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27538062** e o código CRC **898F8F3F**.

