



## MEMORANDO SEI Nº 26203025/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 22 de julho de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 217/2025.

**Objeto:** Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em complemento ao Memorando (SEI nº 26202207), segue a análise referente aos itens 30 ao 35:

| Item | Material/Serviço                                                                                                                                                                                           | Unid. medida | Fornecedor                         | Marca Registrada | Descritivo de acordo com o Edital         | Laudos/Comodato | 8.10.1 Registro ANVISA | 8.10.2 Prospeção | Parecer                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 30   | 21982 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. O PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO | Rolo         | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AMED             | A proposta apresenta descritivo resumido. | ---             | Isento.                | Apresentou.      | Proposta de acordo com o edital, classificada. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                             |      |            |     |         |                 |                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | 60G/M² A<br>80G/M², FILME<br>PLÁSTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MÍNIMO<br>54G/M² COM<br>FÁCIL<br>VISUALIZAÇÃ<br>O DO<br>MATERIAL.<br>DEVE<br>CONTER O<br>NÚMERO DO<br>LOTE, DATA<br>DE<br>FABRICAÇÃO,<br>DATA DE<br>VALIDADE,<br>REGISTRO DA<br>ANVISA E<br>RESPONSÁVE<br>L TÉCNICO.                                                                                                                                               |      |                                                             |      |            |     |         |                 |                                                                   |
| 31 | 21983 - PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>120MM X 100<br>METROS PARA<br>VAPOR E<br>FORMALDEÍD<br>O PAPEL<br>FEITO EM<br>POLIÉSTER X<br>POLIPROPILE<br>NO, COM<br>INDICADORES<br>QUÍMICOS<br>PARA VAPOR<br>E<br>FORMALDEÍD<br>O.<br>GRAMATURA<br>DO PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>60G/M² A<br>80G/M², FILME<br>PLÁSTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MÍNIMO<br>54G/M² COM<br>FÁCIL<br>VISUALIZAÇÃ<br>O DO<br>MATERIAL.<br>DEVE<br>CONTER O | Rolo | SOMA<br>/SC<br>PROD<br>UTOS<br>HOSPI<br>TALA<br>RES<br>LTDA | AMED | De acordo. | --- | Isento. | Apresen<br>tou. | <b>Proposta de<br/>acordo com o<br/>edital,<br/>classificada.</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                     |      |           |     |         |             |                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-----------|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------|
|    | NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                     |      |           |     |         |             |                                                       |
| 32 | 21984 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. O PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. | Rolo | SOMA /SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AMED | De acordo | --- | Isento  | Apresentou. | <b>Proposta de acordo com o edital, classificada.</b> |
| 33 | 21985 - PAPEL GRAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rolo | SOMA /SC                            | AMED | De acordo | --- | Isento. | Apresentou. | <b>Proposta de acordo com o</b>                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                             |      |           |     |         |                 |                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | CIRÚRGICO<br>200MM X 100<br>METROS PARA<br>VAPOR E<br>FORMALDEÍD<br>O PAPEL<br>FEITO EM<br>POLIÉSTER X<br>POLIPROPILE<br>NO, COM<br>INDICADORES<br>QUÍMICOS<br>PARA VAPOR<br>E<br>FORMALDEÍD<br>O.<br>GRAMATURA<br>DO PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>60G/M² A<br>80G/M², FILME<br>PLÁSTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MÍNIMO<br>54G/M² COM<br>FÁCIL<br>VISUALIZAÇÃ<br>O DO<br>MATERIAL.<br>DEVE<br>CONTER O<br>NÚMERO DO<br>LOTE, DATA<br>DE<br>FABRICAÇÃO,<br>DATA DE<br>VALIDADE,<br>REGISTRO DA<br>ANVISA E<br>RESPONSÁVE<br>L TÉCNICO. |      | PROD<br>UTOS<br>HOSPI<br>TALA<br>RES<br>LTDA                |      |           |     |         |                 | <b>edital,<br/>classificada.</b>                                  |
| 34 | 21986 - PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>250MM X 100<br>METROS PARA<br>VAPOR E<br>FORMALDEÍD<br>O PAPEL<br>FEITO EM<br>POLIÉSTER X<br>POLIPROPILE<br>NO, COM<br>INDICADORES<br>QUÍMICOS<br>PARA VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rolo | SOMA<br>/SC<br>PROD<br>UTOS<br>HOSPI<br>TALA<br>RES<br>LTDA | AMED | De acordo | --- | Isento. | Apresen<br>tou. | <b>Proposta de<br/>acordo com o<br/>edital,<br/>classificada.</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                             |      |           |     |         |                 |                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | E<br>FORMALDEÍD<br>O.<br>GRAMATURA<br>DO PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>60G/M² A<br>80G/M², FILME<br>PLÁSTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MÍNIMO<br>54G/M² COM<br>FÁCIL<br>VISUALIZAÇÃ<br>O DO<br>MATERIAL.<br>DEVE<br>CONTER O<br>NÚMERO DO<br>LOTE, DATA<br>DE<br>FABRICAÇÃO,<br>DATA DE<br>VALIDADE,<br>REGISTRO DA<br>ANVISA E<br>RESPONSÁVE<br>L TÉCNICO. |      |                                                             |      |           |     |         |                 |                                                                   |
| 35 | 21987 - PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>300MM X 100<br>METROS PARA<br>VAPOR E<br>FORMALDEÍD<br>O PAPEL<br>FEITO EM<br>POLIÉSTER X<br>POLIPROPILE<br>NO, COM<br>INDICADORES<br>QUÍMICOS<br>PARA VAPOR<br>E<br>FORMALDEÍD<br>O.<br>GRAMATURA<br>DO PAPEL<br>GRAU<br>CIRÚRGICO<br>60G/M² A<br>80G/M², FILME<br>PLÁSTICO<br>LAMINADO<br>DE NO<br>MÍNIMO         | Rolo | SOMA<br>/SC<br>PROD<br>UTOS<br>HOSPI<br>TALA<br>RES<br>LTDA | AMED | De acordo | --- | Isento. | Apresen<br>tou. | <b>Proposta de<br/>acordo com o<br/>edital,<br/>classificada.</b> |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54G/M² COM<br>FÁCIL<br>VISUALIZAÇÃ<br>O DO<br>MATERIAL.<br>DEVE<br>CONTER O<br>NÚMERO DO<br>LOTE, DATA<br>DE<br>FABRICAÇÃO,<br>DATA DE<br>VALIDADE,<br>REGISTRO DA<br>ANVISA E<br>RESPONSÁVE<br>L TÉCNICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 22/07/2025, às 13:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26203025** e o código CRC **3872505D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.067136-9

26203025v4