

**MEMORANDO SEI Nº 26148735/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 17 de julho de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **217/2025**.**Objeto:** Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando 26145688, segue a análise solicitada:

Item	Material /Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Descrição de acordo com o Edital	Laudo/Comodato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospecto	Parecer
9	45940 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO 1,5 MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO, COM CERDAS RESISTENTES EM UMA DAS	Unidade	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PCA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou (página 5).	O edital exige a medida do diâmetro das cerdas da escova de 1,5 mm ($\pm 0,2$ mm). O Prospecto indica que a medida do diâmetro das cerdas é de 2 mm.

	EXTRE MIDAD ES EM NYLON ANTIMI CROBIA NAS COM DIÂMET RO 1,5 MM (± 0,2 MM) E HASTE DE MATERI AL FLEXÍV EL MEDIN DO COM 180 CM (± 5 CM).								Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
12	13082 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO 3MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO, COM CERDAS NA EXTREMIDADE EM NYLON MACIA E LONGA, COM DIÂMETRO DAS CERDAS DE 3	Peças	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MONTEGGIA	A proposta apresenta descritivo resumido .	---	Isento	Aprentou (página 2).	O edital exige a haste rígida em aço inoxidável medindo de 70 a 80 cm de comprimento. Na ficha técnica, não há indicação da escova com haste rígida em aço inoxidável medindo de 70 a 80 cm de comprimento. Classificação condicionada a empresa confirmar

	MM E HASTE RÍGIDA EM AÇO INOXID ÁVEL MEDIN DO DE 70 A 80 CM DE COMPRI MENTO, COM FORMA TO QUE FACILIT E O ARMAZ ENAME NTO. REUTILI ZÁVEL.								que item atende na íntegra as exigências do edital: 1- Comprime nto da haste rígida em aço inoxidável de 70 a 80 cm.
17	45942 - ESCOVA PARA LIMPEZ A DE ENDOS CÓPIO 3,2 MM ESCOVA PARA LIMPEZ A DE ENDOS CÓPIO, COM CERDAS RESISTE NTES EM UMA DAS EXTRE MIDAD ES EM NYLON ANTIMI CROBIA NAS COM DIÂMET RO 3,2 MM (± 0,5 MM) E HASTE DE	Unidade	PAULO CESAR AGOSTI NI ORTOPE DICOS	PCA	A proposta apresenta descritivo resumido	---	Isento	Aprese ntou (página 6).	Proposta de acordo com o edital, classificad a.

	MATERI AL FLEXÍV EL MEDIN DO 200 CM. PRODU TO NÃO ESTÉRI L. DESCAR TÁVEL.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 18/07/2025, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26148735** e o código CRC **FA76FE9D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.067136-9

26148735v9