Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 30327220/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 27 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Convocação da amostras - Pregão Eletrônico 201/2026
Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar

Prezados,

Em atenção ao Convocação SEI nº 30230997 segue a relação das amostras recebidas, não recebidas e analisadas até a presente data:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Empresa	Parecer
2	46684	CAIXA EM PAPELÃO AMARELA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES, 20 L, COM O SÍMBOLO DE INFECTANTE	Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A	Amostra reprovada SEI nº 30327141
3	46819	CAIXA EM PAPELÃO AMARELA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES, 3 L, COM O SÍMBOLO DE INFECTANTE	Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A	Amostra reprovada SEI nº 30327169
5	46681	CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 20 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA	Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A	Amostra **não recebida**
6	46679	CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 7 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA	Cirúrgica Nossa Senhora Ltda	Amostra reprovada SEI nº 30269169
7	46680	CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 13 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA	Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A	Amostra reprovada SEI nº 30327193

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 27/07/2026, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30327220** e o código CRC **0EF02B8C**.

Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 30327141/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 27 de julho de 2026.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **201/2026**

ITEM 2 - 46684 - CAIXA EM PAPELÃO AMARELA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES, 20 L

DESCRIÇÃO	46684 - CAIXA EM PAPELÃO AMARELA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES, 20 L, COM O SÍMBOLO DE INFECTANTE RECIPIENTE RESISTENTE À PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO, COM TAMPA, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS DA ABNT NBR 13853-1:2020 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ SER FABRICADO COM PAPELÃO PLASTIFICADO (MATÉRIA PRIMA VIRGEM OU RECICLADO) OU PAPELÃO RÍGIDO COM SUPERFÍCIE TRATADA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, QUE SUPORTE AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE DE SAÚDE E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DESDE A COLETA ATÉ O DESTINO FINAL. CAIXA CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA INTERNA EM PAPELÃO RÍGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELÃO ONDULADO OU RÍGIDO; SACO PLÁSTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, OU SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LÍQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA (INTERNA/SECUNDÁRIA) COM BOCAL PARA DESCARTE; ALÇAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. A CAIXA DEVERÁ COMPORTAR 20 L, SER DE COR AMARELA E CONTER INFORMAÇÕES APLICADAS NA PARTE EXTERNA REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUÊS: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (INFECTANTE), CONFORME NBR 7500/2023 E SUAS ATUALIZAÇÕES. O SÍMBOLO DEVE ESTAR EXPOSTO PELO MENOS EM DUAS FACES VISÍVEIS, SENDO UMA NA POSIÇÃO FRONTAL. O TAMANHO DA IMAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DEVE OCUPAR NO MÍNIMO 1/3 DA DIMENSÃO VERTICAL ENTRE A FACE INFERIOR E O LIMITE DE ENCHIMENTO. DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, USO E FECHAMENTO; INDICATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE PREENCHIMENTO E DEMAIS FRASES DE ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIAS; NOME E MARCA DO PRODUTO; NÚMERO DO LOTE.
FORNECEDOR	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
MARCA	DESCARBOX
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	13219
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	20 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

O edital exige: "...ser fabricado **com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante**, que suporte as exigências do ambiente de saúde e garanta a integridade do produto desde a coleta até o destino final..."

A amostra apresentada não possui **papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante. O produto é fabricado em papelão apenas, sem revestimento, não atendendo as exigências mínimas do edital e as necessidades assistenciais da Administração.**

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 27/07/2026, às 11:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30327141** e o código CRC **1E436B20**.

ANÁLISE SEI Nº 30327169/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 27 de julho de 2026.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **201/2026**

ITEM 3 - 46819 - CAIXA EM PAPELÃO AMARELA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES, 3 L

DESCRIÇÃO	46819 - CAIXA EM PAPELÃO AMARELA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES, PERFURO OU CORTANTES, 3 L, COM O SÍMBOLO DE INFECTANTE RECIPIENTE RESISTENTE À PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO, COM TAMPA, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS DA ABNT NBR 13853-1:2020 E NBR 7864:2010 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ SER FABRICADO COM PAPELÃO PLASTIFICADO (MATÉRIA PRIMA VIRGEM OU RECICLADO) OU PAPELÃO RÍGIDO COM SUPERFÍCIE TRATADA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, QUE SUPORTE AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE DE SAÚDE E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DESDE A COLETA ATÉ O DESTINO FINAL. CAIXA CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA INTERNA EM PAPELÃO RÍGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELÃO ONDULADO OU RÍGIDO; SACO PLÁSTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, OU SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LÍQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA (INTERNA/SECUNDÁRIA) COM BOCAL PARA DESCARTE; ALÇAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. A CAIXA DEVERÁ COMPORTAR 3 L, SER DE COR AMARELA E CONTER INFORMAÇÕES APLICADAS NA PARTE EXTERNA REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUÊS: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (INFECTANTE), CONFORME NBR 7500/2023 E SUAS ATUALIZAÇÕES. O SÍMBOLO DEVE ESTAR EXPOSTO PELO MENOS EM DUAS FACES VISÍVEIS, SENDO UMA NA POSIÇÃO FRONTAL. O TAMANHO DA IMAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DEVE OCUPAR NO MÍNIMO 1/3 DA DIMENSÃO VERTICAL ENTRE A FACE INFERIOR E O LIMITE DE ENCHIMENTO. DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, USO E FECHAMENTO; INDICATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE PREENCHIMENTO E DEMAIS FRASES DE ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIAS; NOME E MARCA DO PRODUTO; NÚMERO DO LOTE.
FORNECEDOR	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
MARCA	DESCARBOX
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	13073
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	20 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

O edital exige: "...ser fabricado **com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante**, que suporte as exigências do ambiente de saúde e garanta a integridade do produto desde a coleta até o destino final..."

A amostra apresentada não possui **papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante. O produto é fabricado em papelão apenas, sem revestimento, não atendendo as exigências mínimas do edital e as necessidades assistenciais da Administração.**

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 27/07/2026, às 11:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30327169** e o código CRC **CF12043A**.

Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 30269169/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 21 de julho de 2026.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **201/2026**

ITEM 6 - 46679 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS

DESCRIÇÃO	46679 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 7 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA RECIPIENTE RESISTENTE À PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO, COM TAMPA, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS DA ABNT NBR 13853-1:2020 E SUAS ATUALIZAÇÕES. **DEVERÁ SER FABRICADO COM PAPELÃO PLASTIFICADO (MATÉRIA PRIMA VIRGEM OU RECICLADO) OU PAPELÃO RÍGIDO COM SUPERFÍCIE TRATADA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, QUE SUPORTE AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE DE SAÚDE E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DESDE A COLETA ATÉ O DESTINO FINAL.** CAIXA CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA INTERNA EM PAPELÃO RÍGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELÃO ONDULADO OU RÍGIDO; SACO PLÁSTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, OU SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LÍQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA (INTERNA/SECUNDÁRIA) COM BOCAL PARA DESCARTE; ALÇAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. A CAIXA DEVERÁ COMPORTAR 7 L, SER DE COR LARANJA E CONTER INFORMAÇÕES APLICADAS NA PARTE EXTERNA REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUÊS: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (QUÍMICO), CONFORME NBR 7500/2023 E SUAS ATUALIZAÇÕES. O SÍMBOLO DEVE ESTAR EXPOSTO PELO MENOS EM DUAS FACES VISÍVEIS, SENDO UMA NA POSIÇÃO FRONTAL. O TAMANHO DA IMAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DEVE OCUPAR NO MÍNIMO 1/3 DA DIMENSÃO VERTICAL ENTRE A FACE INFERIOR E O LIMITE DE ENCHIMENTO. DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, USO E FECHAMENTO; INDICATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE PREENCHIMENTO E DEMAIS FRASES DE ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIAS; NOME E MARCA DO PRODUTO; NÚMERO DO LOTE.
FORNECEDOR	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA
MARCA	DESCARBOX
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	9737
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

O edital exige: "...ser fabricado **com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante**, que suporte as exigências do ambiente de saúde e garanta a integridade do produto desde a coleta até o destino final..."
A amostra apresentada não possui **papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante. O produto é fabricado em papelão apenas, sem revestimento, não atendendo as exigêsnicas mínimas do edital e as necessidades assistencias da Administração.**

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Gerente**, em 21/07/2026, às 12:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30269169** e o código CRC **D58D0A1B**.

Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 30327193/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 27 de julho de 2026.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **201/2026**

ITEM 7 - 46680 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 13 L

DESCRIÇÃO	46680 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 13 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA RECIPIENTE RESISTENTE À PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO, COM TAMPA, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS DA ABNT NBR 13853-1:2020 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ SER FABRICADO COM PAPELÃO PLASTIFICADO (MATÉRIA PRIMA VIRGEM OU RECICLADO) OU PAPELÃO RÍGIDO COM SUPERFÍCIE TRATADA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, QUE SUPORTE AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE DE SAÚDE E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DESDE A COLETA ATÉ O DESTINO FINAL. CAIXA CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA INTERNA EM PAPELÃO RÍGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELÃO ONDULADO OU RÍGIDO; SACO PLÁSTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, OU SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LÍQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA (INTERNA/SECUNDÁRIA) COM BOCAL PARA DESCARTE; ALÇAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. A CAIXA DEVERÁ COMPORTAR 13 L, SER DE COR LARANJA E CONTER INFORMAÇÕES APLICADAS NA PARTE EXTERNA REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUÊS: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (QUÍMICO), CONFORME NBR 7500/2023 E SUAS ATUALIZAÇÕES. O SÍMBOLO DEVE ESTAR EXPOSTO PELO MENOS EM DUAS FACES VISÍVEIS, SENDO UMA NA POSIÇÃO FRONTAL. O TAMANHO DA IMAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DEVE OCUPAR NO MÍNIMO 1/3 DA DIMENSÃO VERTICAL ENTRE A FACE INFERIOR E O LIMITE DE ENCHIMENTO. DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, USO E FECHAMENTO; INDICATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE PREENCHIMENTO E DEMAIS FRASES DE ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIAS; NOME E MARCA DO PRODUTO; NÚMERO DO LOTE.
FORNECEDOR	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
MARCA	DESCARBOX
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	13260
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	20 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

O edital exige: "...ser fabricado **com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante**, que suporte as exigências do ambiente de saúde e garanta a integridade do produto desde a coleta até o destino final..."

A amostra apresentada não possui **papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante. O produto é fabricado em papelão apenas, sem revestimento, não atendendo as exigências mínimas do edital e as necessidades assistenciais da Administração.**

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 27/07/2026, às 11:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30327193** e o código CRC **F1373A51**.