



MEMORANDO SEI N° 28834362/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 19 de março de 2026.

À

Unidade de Compras, Contratos e Apoio Operacional
Área de Compras

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 047/2026

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso nas especialidades de Cirurgia Geral e Próteses Mamárias, para o Hospital Municipal São José

Em atenção ao disposto no Memorando SEI N° 28818173/2026 - SAP.LCT, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI n° 28161366. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

| Item | Material/Serviço | Fornecedor | Marca | Análise Técnica |
|------|---|---------------------------------------|----------------------|---|
| 6 | 26173 - CLIPADOR CIRURGICO AUTOMÁTICO Aplicador de Clip para uso em Cirurgia Aberta, descartável, com Clip em Titânio no tamanho médio incluso. Estéril. Embalagem Individual. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente. | Alrantech Importações e Comércio Ltda | BHIO SUPP LY / | <u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentação apresentada está de acordo com o solicitado conforme Proposta comercial 28818138 |

| | | | Aerom edical | Consulta Anvisa: 80381210037 Para este item a empresa deverá apresentar amostras. |
|--------|--|---|------------------------|---|
| 1 3 | 912335 - CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. MODELOS E TAMANHOS: MINI CLIP PERMANENTE RETO DE 3MM; MEIO CURVO DE 5MM; RETO DE 5MM; RETO DE 7MM; MEIO CURVO DE 7MM E CURVO DE 7MM. MINI CLIP TEMPORÁRIO RETO DE 5MM; RETO DE 7MM; MEIO CURVO DE 7MM. CLIP STANDARD PERMANENTE RETO DE 5MM; MEIO CURVO DE 5MM; CURVO DE 5MM; ÂNGULO 90° DE 5MM; RETO DE 7MM; MEIO CURVO DE 7MM; CURVO DE 7MM; ACOTOVELADO DE 7MM; RETO DE 9MM; MEIO CURVO DE 9MM; CURVO DE 9MM; ÂNGULO 45° DE 9MM; BAIONETA DE 9MM; ÂNGULO 90° DE 9MM; RETO DE 11MM; MEIO CURVO DE 11MM; RETO DE 15MM; MEIO CURVO DE 15MM. CLIP STANDARD TEMPORÁRIO RETO 9MM; MEIO CURVO DE 9MM. CLIP FENESTRADO PERMANENTE RETO 5X9MM; ÂNGULO 45° DE 5X10MM; ÂNGULO 90° DE 5X7MM; ÂNGULO 90° DE 5X10MM. EM TODOS OS MODELOS OS TAMANHOS PODEM VARIAR ATÉ 1MM. MATERIAL DEVERÁ SER APROVADO PARA IMPLANTES CIRÚRGICOS PELA ANVISA. COD SUS = 0702010235. | BR Medical Ltda | ADCA | <u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentação apresentada está de acordo com o solicitado conforme Proposta comercial 28818147 Consulta Anvisa: 80116050002 Para esse item a empresa está isenta da apresentação das amostras , visto que o item já está padronizado, conforme fornecimento realizado através da Ata de Registro de Preços SEI 0017705854, resultante do Pregão Eletrônico SEI nº 133/2023. |
| 1 5 | 40592 - PRÓTESE MAMÁRIA REDONDA implante mamário formato redondo, com gel de silicone coesivo e de superfície texturizada, tamanho variável de 200 à 800cc, com intervalos máximos de 25cc entre os tamanhos, diâmetro variável de 7 à 17cm e projeções (perfis) alto, médio e baixo, variando de 1,9 à 7cm. Prótese em embalagem estéril, contendo rótulo com as seguintes informações: marca, código, número de lote e série, nº de registro na ANVISA, validade de esterilização, responsável técnico e etiquetas adesivas destacáveis. | Alrantech Importações e Comércio Ltda | LIFES IL | <u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentação apresentada está de acordo com o solicitado conforme Proposta comercial 28818138 Consulta Anvisa: 80359820002 Para esse item a empresa está isenta da apresentação das amostras , visto que o item já está padronizado, conforme fornecimento realizado através da Ata de Registro de Preços SEI 0017781032, resultante do Pregão Eletrônico SEI nº 233/2023. |
| 1 6 | 40593 - PRÓTESE MAMÁRIA ANATÔMICA Prótese mamária anatômica, em silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, formato anatômico, superfície texturizada, com variações de volume mínimo de | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | LIFES IL / SILIC | <u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u> As documentação apresentada está de acordo com o solicitado conforme |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| 200 à 650ml. Prótese em embalagem estéril, contendo rótulo com as seguintes informações: marca, código, número de lote e série, nº de registro na ANVISA, validade de esterilização, responsável técnico e etiquetas adesivas destacáveis. (material especial). | PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | ONE: INDU STRIA E COME RCIO DE SILIC O | Proposta comercial 28818168 Consulta Anvisa: 80359820002 Para esse item a empresa está isenta da apresentação das amostras , visto que o item já está padronizado, conforme fornecimento realizado através da Ata de Registro de Preços SEI 0017781032, resultante do Pregão Eletrônico SEI nº 233/2023. |
|---|------------------------------------|--|---|

O registro ANVISA 80359820002 – IMPLANTE MAMÁRIO DE SILICONE DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA LIFESIL atende ao item 15 (40592 - PRÓTESE MAMÁRIA REDONDA) e ao item 16 (40593 - PRÓTESE MAMÁRIA ANATÔMICA), pois abrange ambos os formatos (redondo e anatômico), conforme portfólio do fabricante.

Sem mais para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 19/03/2026, às 15:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28834362** e o código CRC **719B164F**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br