



MEMORANDO SEI Nº 30371910/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 30 de julho de 2026.

À SAP.LCT

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI 30356199, encaminhamos análise das propostas apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.104151-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unitário Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostr	Análise
14	912478 - CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM CAMPO CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE QUE PERMITA A TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCISÃO SEM REFLETIR LUZ; RESISTENTE A TRAÇÃO, MAS QUE POSSA SER FACILMENTE CORTADO COM BISTURI; FLEXIVEL, QUE SE ADAPTE AS ÁREAS DE CONTO RNO DO CORPO, CAPAZ DE MANTER-SE ADERIDO EM CIRURGIAS DE LONGA DURAÇÃO.TAMANHO MINIMO DE 60 CM X 40 CM.	PC	1.400	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	DBI	37,40	página 01 - 30356180	Anvisa: 80722800009 página 02 - 30356180	página 03 à 05 - 30356180	Exige	Solicito diligência: ausência de informação sobre transparência, permissão de transpiração da

pele e reflexo de
luz

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777330
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 30/07/2026, às 11:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30371910** e o código CRC **A1CB0EB7**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.104151-4

30371910v4