

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

Vimos através deste enviar nosso recurso referente a empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, classificada em primeiro lugar no item 01 eletrocardiógrafo. A empresa cotou o eletrocardiógrafo Modelo: SE-3 Tela Ampla Marca: Edan, e o mesmo não atende ao descritivo do edital. Vamos aos fatos: o equipamento cotado não atende a impressão dos 12 canais, a identificação de marca passo e a resposta de frequência DE 0,05 A 100 Hz. e referente ao item 12 aspirador de secreções, a empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, cotou o aspirador A45 Plus, da marca Olidef, porém este equipamento não atende ao descritivo do edital, pois não possui FILTRO PARA ELIMINAÇÃO DE IMPUREZAS E ODORES, E FILTRO BACTERIOLÓGICO. Com isso solicitamos que seja solicitado amostra desses itens para análise da equipe técnica, e comprovação do nosso recurso. Solicitamos total deferimento de nosso recurso.

Fechar