



## MEMORANDO SEI Nº 0019536206/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de dezembro de 2023.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 552/2023.

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0019507856 segue análise técnica da proposta referente ao item 5:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de Site	Parecer
5	917500 - AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (25 G X 4 3/4) 0,53 X 1,20 MM BISEL TRIFACETADO, MADRIL DE ENCAIXE ANATOMICO, CANHAO TRANSPARENTE, ESTERIL, EMPUNHADURA ANATOMICA COM DEPRESSAO DIGITAL, CODIFICACAO EM CORES PADRAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE	UNID	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	KDL/ ZHEJIANG KINDLY	De acordo	10150470689 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA para vários modelos de Agulha spinal para anestesia com introdutor kdl	Apresentou, porém não deixa claro as exigências do edital.	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa manifeste-se quanto aos seguintes pontos:  <b>1. Qual o modelo ofertado? (para verificar se este consta na relação do registro da Anvisa)</b>  <b><u>2. A agulha ofertada possui:</u></b>  <b>2.1. As medidas exigidas no edital? (25 g x 4 3/4) 0,53 x 1,20 mm;</b>

	VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.					2.2. Bisel trifacetado?  2.3. Madril de encaixe anatômico?  2.4. Canhão transparente?  2.5. Empunhadura anatômica com depressão digital?  2.6. Codificação em cores padrão?
--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 15/12/2023, às 08:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019536206** e o código CRC **6EC3756D**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.259283-7

0019536206v8