



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI N° 0012362744/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 24 de março de 2022.

**À SAP.UPR**

**Assunto:** Apresentação de Amostras - Pregão Eletrônico nº 104/2022

**Objeto:** Aquisição de Kit de Linha Artério-Venosa para Hemodiálise Adulto utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção ao memorando 0012278308, informamos que as amostras referente ao Item 1 - 24212 - KIT DE LINHA ARTÉRIO-VENOSA PARA HEMODIÁLISE ADULTO foram aprovadas conforme documentos SEI 0012361274 e 0012361282 .

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) P**úblico(a), em 24/03/2022, às 16:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012362744** e o código CRC **99DF56E1**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

21.0.261704-6

0012362744v5

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 104/2022

ITEM: 1- KIT DE LINHA ARTÉRIO-VENOSA PARA HEMODIÁLISE ADULTO

Descrição: 24212 - KIT DE LINHA ARTÉRIO-VENOSA PARA HEMODIÁLISE ADULTO KIT DE LINHA ARTÉRIO-VENOSA PARA HEMODIÁLISE ADULTO CONTENDO: 1 LINHA ARTERIAL 8MM PARA HEMODIÁLISE COM SEGMENTO DE BOMBA DE HEPARINA, PONTO DE INJEÇÃO, PINÇAS, COM SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR DE LUER. 1 LINHA VENOSA 8MM PARA HEMODIÁLISE COM CONECTOR PARA AGULHA DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA EM LUER, EXTENSÕES PARA SORO, PONTO DE INJEÇÃO, PINÇAS, CATABOLHA E FILTRO, COM SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR DE LUER. 2 ISOLADORES PARA PRESSÃO VENOSA, ISOLADOR DE CONDUTOR DE PRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CONDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL E VENOSO, TIPO HIDROFÓBICO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO, PRAZO VALIDADE, LOTE E REGISTRO MS.

FORNECEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

MARCA: Fresenius Medical Care Ltda

LOTE: 2102010304

REGISTRO (ANVISA): 80133950131

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 3 KITS

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: *Cumpre cf os requisitos da função*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO**

Apontamentos: *Condiz cf produtos recebidos.*

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: *Não possui entrada em luer arterial pl aplicação de bolsas de sangue; Clamps aparentemente fracos; equipo de sono fixo não permite injetar lateral.*

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

#### **JUSTIFICATIVA:**

*Todos os produtos devem ser funcionais para os diversos tipos de procedimentos, este por sua vez não dá suporte pl aplicação de hemodiálise, função essa exímssial pl muitos de nossos pacientes.*

DATA: 17/02/22

Adilson Kuntz  
Téc. Enfermagem  
COREN 195.354

Enf. Christianne Gründner  
Especialista em Urgência  
e Emergência  
COREN/SC 178001

Assinatura do Profissional/ Carimbo



## Prefeitura de Joinville

### INFORMAÇÃO SEI Nº 0012361282/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 24 de março de 2022.

Informamos que a análise referente ao Item 1 - CÓD 24212 - KIT DE LINHA ARTÉRIO VENOSA PARA HEMODIÁLISE ADULTO, documento SEI 0012361274, aponta para a reprovação da amostra a partir da seguinte justificativa: *"todos os produtos devem ser funcionais para os diversos tipos de procedimentos, este por sua vez não dá suporte p/ aplicação de hemoterápicos, função essa essencial para muitos de nossos pacientes"*.

Porém, ao analisarmos a descrição do item constante no edital, verificamos que não consta a exigência do uso para administração de hemoterápicos. Considerando que a maioria dos pacientes que realizam hemodiálise não necessitam de hemotransfusão durante o procedimento e que a amostra atendeu as exigências constantes no edital, optamos pela aprovação da amostra.

Informamos ainda que em momento oportuno, novo código será cadastrado para atender a demanda assistencial dos pacientes com quadros agudos que necessitam de hemotransfusão durante a hemodiálise.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) PÚBLICO(a)**, em 24/03/2022, às 15:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 24/03/2022, às 16:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012361282** e o código CRC **397DBA65**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

22.0.096347-0

0012361282v14