



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 085/2022

Objeto: Locação de equipamentos, com fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos, para a realização de exames de Imunologia (Doenças infecciosas, Hormônios, Vitaminas, Marcadores Tumorais, entre outros), mediante número de exames realizados pagos por teste reportado, para atender a demanda do Laboratório Municipal de Joinville (LMJ).

Recebido em 25 de fevereiro de 2022 às 09h32min (documento SEI 0012124312).

Questionamento 01: *O órgão deseja a Vitamina D que consta no item 43 pela metodologia ELFA ou Quimioluminescência?*

Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimento, manifestou-se a área técnica, através do Memorando SEI nº 0012128332/2022 - SES.UFL: "O ANEXO V do referido Edital inclui todas as características exigidas para os equipamentos a serem ofertados. Assim, dentre as características encontra-se a Metodologia de Análise, sendo tanto para o Lote 1 quanto para o Lote 2, "Quimioluminescência, Eletroquimioluminescência".

Rodemar Arquiles Comelli
Pregoeiro - Portaria nº 001/2022



Documento assinado eletronicamente por **Rodemar Arquiles Comelli, Servidor(a) Público(a)**, em 04/03/2022, às 08:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012133091** e o código CRC **14ACD66E**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.267629-8

0012133091v2