

**MEMORANDO SEI Nº 26818738/2025 - HMSJ.SUP.CPA**

Joinville, 16 de setembro de 2025.

Ao
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **334/2025**.

Objeto: Aquisição de embalagem para esterilização para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.

Prezados,

Em resposta aos Memorandos SEI 26774369 e 26774456, vimos por meio deste, encaminhar a análise das propostas do Processo Licitatório SEI nº 25.0.129927-7, conforme segue:

I t e m	Material/Serviço	U n i d. m e d i d a	Q t d l i c i t a d a	Forn eced or	Marc a	Regist ro	Prospe cto	Laudos	Análi se
1	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 120 X 120 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Unidade	3600	SISPAK ME DIC AL LTD A	Sispack/Sispack Modelo: SMS 1201 20L	Isento, conforme Nota Técnica 218/2020 página 4 -	OK, apresentou - página 3 - 26683323	Ok, de acordo Apresentou no prospecto a composição do tecido, inserido no documento 26683323; Laudo sobre a impermeabilidade e	Proposta habilitada para próxima fase

	À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ME LTBLow/SUPUN BOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALLEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 120 X 120 CM.					26683323		gramatura na página 30 do documento 2 6774211, e laudos de eficiência de filtração bacteriana e viral nas páginas 21 e 22 26774211, sobre a não emissão de partículas, a certificação está ligada à sua barreira microbiana eficaz e biocompatibilidade vide páginas 1 e 19 26774211	
2	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 100 X 100 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	Unidade	48.000	SISPAC/Sispack	Modalo: SMS 100100L	Isento, conforme Nota Técnica 218/2020	OK, apresentou - página 3 - 26683323	Ok, de acordo com o prospecto a composição do tecido, inserido no documento 2 6683323; Laudo sobre a impermeabilidade e gramatura na	Proposta habilitada para próxima fase

	HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ME LTBLow/SUPUN BOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALLEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 100 X 100 CM					26683323		página 30 do documento 26774211, e laudos de eficiência de filtração bacteriana e viral nas páginas 21 e 22 26774211, sobre a não emissão de partículas, a certificação está ligada à sua barreira microbiana eficaz e biocompatibilidade vide páginas 1 e 19 26774211	
3	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 80 X 80 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE	Unidade	1400	POLAR FIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE	Polar Fix CÓD . F075 54 90x90cm	Isento, conforme Resolução 1.249/2021, páginas 5 a 9 - 26773796	OK, apresentou na página 2 a 3 - 26773796	Empresa apresentou medidas maiores e não compromete sua finalidade, podendo ser utilizado perfeitamente .	Aguardando diligência nos laudos

	MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ME LTBLow/SUPUN BOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALLEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 80 X 80 CM			RPO DUT OS LTD A				Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente os laudos: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA	
4	EMBALAGEM SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME - 50 X 50 CM EMBALAGEM DE USO ÚNICO PARA ESTERILIZAÇÃO	Unidade	14400	SISPAC/KMEDICAL LTD A	Sispack/Sispack Modelo: SMS 5050 L	Isento, conforme Nota Técnica 218/2020	OK, apresentou - página 3 - 26683323	Ok, de acordo Apresentou no prospecto a composição do tecido, inserido no documento 26683323; Laudo sobre a impermeabili	Proposta habilitada para próxima fase

O DE MATERIAIS HOSPITALARES À VAPOR SATURADO. PRODUZIDO 100% EM SPUNBOND/ME LTBLOW/SUPUN BOND 3 CAMADAS (SMS); BARREIRA BACTERIANA DOTADA DE POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E NÃO INFLAMÁVEL; DEVE SER HIDRORREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RASGO E ESTOURO E INCINERÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 40G/M2. POSSUIR LAUDOS DE: COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, NÃO EMIÇÃO DE PARTÍCULAS, BARREIRA MICROBIANA. MEDIDAS: 50 X 50 CM					página 4 - 26683 323	dade e gramatura na página 30 do documento 2 6774211, e laudos de eficiência de filtração bacteriana e viral nas páginas 21 e 22 26774211, sobre a não emissão de partículas, a certificação está ligada à sua barreira microbiana eficaz e biocompatibilidade vide páginas 1 e 19 26774211	
--	--	--	--	--	-------------------------------	---	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 16/09/2025, às 16:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26818738** e o código CRC **6202ED7E**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.129927-7

26818738v9