

OFÍCIO SEI Nº 28594855/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 27 de fevereiro de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise e Parecer Técnico de Amostras - Golden Produtos Odontológicos

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das amostras apresentadas pela empresa acima citada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Análise Técnica - Anexo SEI n. 28594671
1	43176 - PINÇA KOCHER RETA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item possui <i>"deformidade e não segura o tecido mesmo antes de usar"</i> .
2	43175 - PINÇA KOCHER CURVA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782 <i>"mesmo motivo da reta"</i> , referenciando-se ao item 1, visto que são itens semelhantes e que apresentaram o mesmo problema.
3	43177 - PINÇA KELLY RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item é <i>"Grosso, com boca grossa, não tendo o necessário de delicadeza para conseguir pegar aponeurose na hernia inguinal"</i> .
4	43178 - PINÇA KELLY CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item é <i>"Pinça muito grosseira, não é ideal para dissecar ou pegar vasos delicados"</i> .
5	43179 - PINÇA ALLIS 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item é <i>"Apesar de possuir boa preensão, é inadequada pois é muito grosseira"</i> . Em complemento, informamos que a Pinça Allis é utilizada para preensão e tração de tecidos durante procedimento cirúrgicos, sendo assim, o fato da amostra ser "grosseira" faz com que a pinça gere lesões na pele do paciente.
8	43180 - TESOURA DE MAYO CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item é <i>"Pesado e muito grosseiro, não sendo possível utilizar na parede do abdome"</i> .
9	43181 - TESOURA DE MAYO RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782 <i>"mesmo motivo da curva"</i> , referenciando-se ao item 8, visto que são itens semelhantes e que apresentaram o mesmo problema.
10	43182 - TESOURA DE METZEMBAUM RETA 20	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item é

	CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL		"Difícil de abrir, e o tecido não corta direito, pois a lâmina é muito grossa".
11	43183 - TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item é "Impossível de usar dentro do abdome, pois é grossa e dura para abrir".
14	43186 - PINÇA DENTE DE RATO 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item "Não segura o tecido". Esta pinça é utilizada para preensão firme do tecido, devendo segurar com extrema segurança.
15	43187 - PINÇA ANATÔMICA 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Reprovado - Conforme análise realizada pela Dra. Dayana Galdino, CRM 22782, o item "Não segura nada e não fecha a ponta (alinhamento), sendo impossível de utilizar".
18	43190 - CABO BISTURI Nº 07 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	Aprovado - Conforme análise realizada pelo Enfermeiro João Dalcir, o item "Atende a necessidade".

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 02/03/2026, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28594855** e o código CRC **24F2B6D4**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.217124-0

28594855v26

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA KOCHER RETA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

DEFORMIDADE, NÃO SEQUER O TEEIRO
MESMO ANTES DE USAR

Responsável: _____

Data: / /


Dayana Galdino
Cir. Geral/Cir. do Trauma
CRM 22782
RQE 17123/17955

10/02/20

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Item	PINÇA KOCHER CURVA 22 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

☐ APROVADO — Instrumental aprovado para fornecimento☒ REPROVADO — Motivo:

mesmo motivo da REZA

Responsável: _____

Data: / /

18/02/26


Dayana Saldino
Cir. Gen./Cir. de Trauma
CRM 22782
RQE 17123/17955

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA KELLY RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento☒ **REPROVADO** — Motivo:

GROSSA, BOCA GROSSA, NÃO TEM
O NECESSÁRIO DE DELICADEZA, P/ CONSEGUIR
PEGAR A PONTA NA HORNIA INFERIOR

Responsável: _____

Data: / /

18/02/26

Daya Galdino
Cir. Geral e Trauma
CRM 17123/17055

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA KELLY CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

- ☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento
☒ **REPROVADO** — Motivo:

PONTA muito GROSSEIRA, NÃO É POSSÍVEL
PI DISSECTAR muito pequenos PEQUENOS
VASOS DELICADOS

Responsável: _____

Data: / /

18/02/20

David de Almeida
Cir. Geral e Trauma
CRM 23022
RQE 17123/17055

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA ALLIS 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento☒ **REPROVADO** — Motivo:

APESAR DE BOA APRONSÃO muito
GROSSEIRA; INADEQUADA

Responsável: _____

Data: / /

18/02/20


David Gardino
Cir. G.S. / Cir. de Trauma
CRM 22782
RQE 17123/17955

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	TESOURA DE MAYO CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☒ **REPROVADO** — Motivo:

PEÇA É MUITO GROSSA
NÃO É POSSÍVEL USAR POR
DO ABROMO

Responsável: _____

Data: / /

16/02/26

CRIM
RQE 17123/17955

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	TESOURA DE MAYO RETA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

- ☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento
☒ **REPROVADO** — Motivo:

mesmo motivo da
CURVA

Responsável: _____**Data:** / /

18/02/20

Dr. [Assinatura]
CRM 21732
RQE 17123/17955

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Avaliação

Parecer Final

DIFÍCIL DE ABRIR
 TELAS NA CORTE DIREITA
 MUITO GROSSO

18/02/24

Days of the Week
Ch. 100 Trauma
RQE 17/12/1985

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 20 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento☒ **REPROVADO** — Motivo:

IMPOSSÍVEL UTILIZAR DENTRO
DO ABDOMEN, GROSSO E
DURA P/ ABRIR

Responsável: _____**Data:** / /

18/02/20

Dr. [Assinatura]
Cir. [Assinatura]
RQE 17.123/17355

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA DENTE DE RATO 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

- ☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento
☒ **REPROVADO** — Motivo:

Não Soube o
TCLP

Responsável: _____

Data: / /


Dalson Galvão
Cir. Geral/Cl. de Trauma
CRM 22782
RQE 17123/17955

18/02/20

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PINÇA ANATÔMICA 18CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☐ Sim ☒ Não

Parecer Final

- ☐ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento
☒ **REPROVADO** — Motivo:

NÃO NÃO SEGURA NADA É
NÃO FECHA A PONTA
PESSIMA E IMPOSSIVEL
USAR

Responsável: _____**Data:** / /

18/02/20

Cir. ORTÓ. e Trauma
CR 123/7955

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Item	CABO BISTURI Nº 07 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL
Marca/Modelo	COOPERFLEX
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☒ Adequada ☐ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☒ Adequada ☐ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☒ Sim ☐ Não

Parecer Final

☒ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☐ **REPROVADO** — Motivo:

material atende a necessidade.

Responsável: _____

[Assinatura]

Data: / /

13/02/2026