



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0017604201/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de julho de 2023.

À SAPLCT

Encaminhamos a análise técnica da proposta apresentada para o item 61:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
61	913320	EQUIPO DE MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO	PC	CRUZEL COMERCIAL LTDA	BIOSANI	De acordo	80286000045- Registro vigente, referente a diversos modelos de equipamentos, confirmado no portal da Anvisa.	Exige	Válido até 18/10/2025	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	<p>A empresa indicou na proposta descritivo idêntico ao exigido no edital; em análise ao registro na Anvisa verifica-se que este contempla diversos modelos de equipamentos da marca ofertada. Para dar maior celeridade ao processo, a apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar:</p> <p>1- Que o item ofertado é valvulado;</p> <p>2- Que o conector distal é luer lock;</p> <p>3- Que o item ofertado é embalado</p>

