



MEMORANDO SEI Nº 25729619/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 182/2025.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização.

Em atenção ao documento SEI nº 25722401 segue análise solicitada:

Item	Material /Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site	Parecer
2	TERMO METRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Cofee Kf-hw 001	De acordo	81013649006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	<p>Análise prévia: Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital:</p> <p>1. Precisão: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (dentro da faixa de medição).</p>

	<p>TEMPERATURA: A: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIO, REGISTRADO NA ANVISA</p>							<p>Após diligência realizada:</p> <p>A empresa A Itermed Material Medico Hospitalar Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 25722376, que descreve precisão variável de acordo com as temperaturas, entre $\pm 0,2^\circ\text{C}$ e $\pm 0,3^\circ\text{C}$, atendendo ao exigido em edital.</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificad a.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 09/06/2025, às 09:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25729619** e o código CRC **363536CB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.044108-8

25729619v5