

MEMORANDO SEI Nº 0018847246/2023 - SES.UAFACM

Joinville, 24 de outubro de 2023.

À
SAPLCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2023.**Objeto:** Contratação de empresa para locação de bombas de infusão com fornecimento de equipamentos para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0018846765), segue a análise técnica solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10- Registro Anvisa	8.11- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	PARECER
1	1	41034 - EQUIPO DE DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE LÁTEX E DEHP EQUIPO ESPECÍFICO PARA DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, LIVRE DE LÁTEX E DEHP NA COR LILÁS COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	402113/ENTERALFIX MULTISPIKE	De acordo	80136990733-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 25	Proposta de acordo com o edital.
	2	41037 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441702P/ INTRAFIX COMPACT AIR IL	Indicou na proposta informações divergentes das exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.	80136990755-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 22	O edital exige equipo livre de PVC, porém, na proposta a empresa indicou na pág. 2 da proposta a seguinte redação: "tubo extensor de PVC". Solicitamos que a empresa informe se o item é isento de PVC.
	3	41038 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441704P/INTRAFIX COMPACT AIR IL PVC FREE	Não indicou na proposta todas as informações exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.	80136990747-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 23	O edital exige equipo livre de DEHP, porém, não há menção da tal exigência na proposta. Solicitamos que a empresa informe se o item é isento de DEHP.
	4	41039 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441704P/ INTRAFIX COMPACT AIR IL PVC FREE	De acordo	80136990747-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 23	Proposta de acordo com o edital.
	5	41040 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441723P/INTRAFIX COMPACT AIR FS	Indicou na proposta informações divergentes das exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.	80136990743-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 24	O edital exige equipo livre de PVC, porém, na proposta a empresa indicou na pág. 3 da proposta a seguinte redação: "tubo de PVC cor âmbar com 2,80 m de comprimento". Solicitamos que a empresa informe se o

6	41041 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441723P/ INTRAFIX COMPACT AIR FS	Não indicou na proposta todas as informações exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.	80136990743- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 24	item é isento de PVC. O edital exige equipo livre de DEHP, porém, na proposta e na ficha técnica apresentada não constata-se nenhuma informação sobre tal exigência. Solicitamos que a empresa confirme se o item proposto é isento de DEHP.
7	41042 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. POSSUIR FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC. ACEITA-SE O FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA SEPARADO, COMPATÍVEL COM O EQUIPO.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441723P/ INTRAFIX COMPACT AIR FS	Indicou na proposta informações divergentes das exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.	80136990743- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 24	O edital exige equipo livre de PVC e com filtro de linha de 0,22 micra (aceitando-se filtro de linha separado, compatível com o equipo), porém, na proposta a empresa indicou na pag. 7 a informação "tubo de PVC cor âmbar com 2,80 m de comprimento" e não é mencionado na proposta o filtro de linha. Solicitamos que a empresa informe se o item é isento de PVC e se será fornecido o filtro de linha.
8	33480 - LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA	Serviço	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441630 INFUSOMAT COMPACT	De acordo	1.00085.30367- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 28	Proposta de acordo com o edital.

Aguardamos as informações da empresa acerca dos questionamentos elencados nos pareceres dos itens 2, 3, 5, 6 e 7 para prosseguimento na análise.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/10/2023, às 12:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018847246** e o código CRC **ABC64E6E**.